

สำเนาคู่ฉบับ

ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดตราด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่พร้อมระบบวิดีทัศน์ โรงพยาบาล ตราด ตำบลวังกระจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๑ ชุด

๒ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กซึ่งติดต่อเครื่องซ้ายหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณไฟอัตโนมัติเคราร์ทแก๊ซระหว่างคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล ตราด ตำบลวังกระจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๒ เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งานของทางราชการและได้แจ้งเรียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดตราด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อศาลาไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้放松สิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประมูลสิทธิ์เสนอราคานอกสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่ม้อยในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประการราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖
พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.trathospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๔๕๕ ๒๗๒๒, ๐ ๓๔๕๕ ๑๐๘๐ ถึง ๑ ต่อ ๖๘๘, ๖๙๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ผู้อำนวยการ

(นายประธนา สุรกิจบรรจุ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

บพ.สสจ.	<u>๑</u>	วันที่ <u>๒๖</u> ตุลาคม
ผอ. รพ.	<u>๑</u>	วันที่ <u>๑๙</u> ต.ค. ๒๕๕๙
รอง ผอ..รพ.	<u>๑</u>	วันที่ <u>๑๙</u> ต.ค. ๒๕๕๙
หบ.ฝ่าย	<u>๑</u>	วันที่ <u>๑๙</u> ต.ค. ๒๕๕๙
หบ.งาน	<u>๑</u>	วันที่ <u>๑๙</u> ต.ค. ๒๕๕๙
จนท.	<u>๑</u>	วันที่ <u>๑๙</u> ต.ค. ๒๕๕๙
จนท.พิมพ์/ท่าน	<u>๑</u>	วันที่ <u>๑๙</u> ต.ค. ๒๕๕๙



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่...๔๐...../๒๕๕๙
ประกวดราคาซื้อคุณภาพการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
ตามประกาศจังหวัดตราด
ลงวันที่...๑๗....ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

จังหวัดตราด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อคุณภาพการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

๑ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่พร้อมระบบวิดีทัศน์ โรงพยาบาลตราด ตำบลลังกระจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๑ ชุด

๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดชุดข้อ ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติเคราะห์แก๊ซระหว่างدمยาสลบ โรงพยาบาลตราด ตำบลลังกระจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๒ เครื่อง

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อุปกรณ์ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งก่อตั้ง

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุกหรือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการ และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่งานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕



๒.๔ ผู้เสนอราคាត้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมอนุมัติให้ เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคายังได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิ์ผู้เสนอราคาในส่วนงานที่ห้ามเข้าแข่งขันราคา และห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคางานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกไว้เป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารตั้งต่อไปนี้

(๑) ในการณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรื่นหันส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายรับรวมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหันรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๖) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดายield คณบุคคลที่มิใช่บุคคล ให้ยื่น
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาช้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว^{ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง}

(๓) ในการณ์ผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาที่ร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดายที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ในที่สุด ทราบตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ห้องน้ำที่เตี้ยนพร้อมกับการเสนอราคางานระบบปั้นจี้อย่างถาวร
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อาย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบบรรยายการลงทะเบียนด้วยตนเองเฉพาะ ตามข้อ ๔.๕

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งเปิดการเสนอปีตานภูมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอำนาจให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคานำเสนอราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน



(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคานี้ช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซึ่งอ้างอิงวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคายield โดยเสนอราคร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคานี้ ให้ถูกต้อง โดยคิดราคร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลราชวิถี

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคามิ่งกว่า ๑๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๔๕ วัน นับตั้งจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปประการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์รายการที่ผู้เสนอราคาเสนอไปพร้อมการเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนาฐานรูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอถูกต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๗ วัน

๔.๕ ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาวิเคราะห์ตรวจสอบสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่...๑๑... พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

เมื่อพ้นกำหนดเวลา yื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ

จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคายืนน้ออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคายืนก่อความเสื่อมเสียต่อการประมูล ที่มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย เป็นผู้ทึ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคายืนนี้เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้เริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคาก็ตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราค เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคามีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคายื่น ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาก็กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่า การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาก็ได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคัดังกล่าวได้

๔.๗ ผู้เสนอราคาก็ต้องปฏิบัติตามดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาก็เสนอจะต้องเป็นราคาก็รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้เสนอราคาก็ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาก็ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ห้ามผู้เสนอราคาก่อนการเสนอราคาก็
- (๕) ผู้เสนอราคาก็สามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาก็โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคาก็

ผู้เสนอราคาก็ต้องวางแผนหลักประกันการเสนอราคาก็ร่วมกับการเสนอราคาก็ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๑ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่พร้อมระบบวิดีโอทัศน์ โรงพยาบาลตราด ตำบลลังกระจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๒๐๖,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกพันบาทถ้วน)

๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดชั้บชั้น ๓ แก็ปพร้อมเครื่องซ่อมช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณเชื่อมต่อในมัตติวิเคราะห์แก๊ซระหว่างدمยาสลบ โรงพยาบาลตราด ตำบลลังกระจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๒ เครื่อง จำนวน ๒๖๗,๕๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕.๑ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาก็ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางธนาคาร

๕.๓ พันธบตรรัฐบาลไทย



กรณีที่ผู้เสนอราคาคำน้ำเข็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบตรรัฐบาลไทย มาขอเชิญทักษะคุณ
การเสนอราคา ผู้เสนอราคาก็ต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่
๑๗/ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

หลักประกันการเสนอราคามาตรฐานี้ จังหวัดจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประทับตราใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคายังที่คัดเลือกไว้ ๓ ลำดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคากำได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาต่ำสุด และจะพิจารณาจาก ราคาก่อร่างกาย

๖.๒ หากผู้เสนอราคารายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาหากของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแยกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เนื่องในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น

๖.๓ จังหวัดสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในการนี้

(๑) 'ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคายานี้ ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด'

(๖) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง อย่างใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแต่กต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคายื่น

๖.๔ ในการตัดสินการประกวตราค่า หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวตราค่าอีกท่อนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาซึ่งแจ้งข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นได้ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคากล่าวไม่มีความหมายสมควรแก้ไข แต่หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความหมายสมควรแก้ไข ไม่ถูกต้อง

๖.๕ จังหวัด ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาน้ำดื่ม หรือราคาน้ำอุ่นราคายา หรือราคายาเส้นอหังกระดกได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาก็จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคางานเป็นผู้ทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาก็ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เข้อได้ว่าการเสนอราคากำรหำโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคากันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิบุคคลล่อมาขึ้นข้อเสนอแทน เป็นต้น

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำ



การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ จังหวัดมีอำนาจหน้าที่ด้วยชื่อผู้แทนของราคากลุ่มที่ได้รับคัดเลือกรายตัวก่อตั้ง และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา รายนั้นเป็นผู้หักงาน

ในกรณีที่หากปลดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการพิจารณางานผลการเสนอของค้าที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลดกระทรวงมีอำนาจจ่ายยกเลิกการพิจารณางานผลการเสนอราคากลุ่มที่ได้

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแนบท้ายการทำสัญญาตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวงหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคากลุ่มที่ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือคำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามแบบหนังสือคำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) หนังสือคำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งชื่อเวียนให้ ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโนมส์ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกันของธนาคารที่ กวพ. กำหนด

(๕) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาตามเงื่อนไขการรับประกัน ดังต่อไปนี้

๑ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่พร้อมระบบวิดีทัศน์ โรงพยาบาล ตลาด ตำบลวังกระจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๑ ชุด รับประกัน ๒ ปี



๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ชั้นต่ำ ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องข่วยหายใจและเครื่องดูดควันการทางงานของหัวใจและสัญญาณซีพ้อตโนม็ติวิเคราะห์แก๊ซระหว่างคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลตราด ตำบลแม่ตะเคอะจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๒ เครื่อง รับประกัน ๓ ปี

นับถัดจากวันที่ผู้ขอรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับเจ้าของ章程แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใต้กฎหมายนั้นๆ สำหรับเจ้าของ

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๐.๓ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากการเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณแล้ว หากเกิดกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหา ในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได้ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายกต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนส่งได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาก็จะเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาเว

๑๐.๓ ผู้เสนอราคางานที่จังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายใต้ทางราชการกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ล้มมี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ดูแลงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๔ จังหวัดส่วนสีทึบที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)





รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่พร้อมระบบวิดีโอทางไกล

๑. วัสดุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ผ่าตัดผ่านกล้องทางช่องท้อง ซึ่งสามารถแสดงสัญญาณภาพนิดความละเอียดสูงอุตสาหกรรมชั้นนำได้

๒. คุณลักษณะทั่วไป

- | | |
|---|-----------|
| ๒.๑ ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ (Camera unit) พร้อมหัวกล้อง | ๑ ชุด |
| ๒.๒ ชุดกำเนิดแสง แบบ LED | ๑ เครื่อง |
| ๒.๓ จอแสดงสัญญาณภาพ ๒๖ นิ้ว (Monitor) | ๑ เครื่อง |
| ๒.๔ ชุดเครื่องจ่ายน้ำ (Fluid Irrigation Pump) | ๑ เครื่อง |
| ๒.๕ ชุดจ่ายแก๊ส (Insufflator) | ๑ เครื่อง |
| ๒.๖ ชุดเลนส์ผ่าตัดทางศัลยกรรมชนิด Full HD | ๒ อัน |
| ๒.๗ เครื่องเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าพร้อมเครื่องมือ | ๑ เครื่อง |

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๓.๑ ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพแบบความคมชัดสูง (Full HD Camera System) จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

๓.๑.๑ กล้องส่องผ่าตัดความละเอียดสูง (Full HD camera head) ชนิดเห็นช่อรับภาพรายละเอียดสูงแบบ CMOS พร้อมวงแหวนเพื่อปรับชูมภาพได้ จำนวน ๑ กล้อง

๓.๑.๑.๑ สามารถปรับการขยายภาพแบบดิจิตอลได้ ๒.๕ เท่า และแบบอ้อพติคอลได้ ๒.๐ เท่า ที่ระยะโฟกัส ๑๔ - ๒๘ มิลลิเมตร

๓.๑.๑.๒ น้ำหนักหัวกล้องไม่รวมสายรับสัญญาณภาพไม่เกิน ๒๕๐ กรัม และมีปุ่มควบคุมการทำงาน ๕ ปุ่มฟังก์ชัน

๓.๑.๒ ชุดควบคุมการทำงาน (CCU) สามารถเชื่อมต่อสัญญาณเข้ากับกล้องส่องผ่าตัดความละเอียดสูง (Full HD Camera Head) เพื่อถ่ายทอดสัญญาณภาพรายละเอียดสูงขนาด ๑,๙๒๐ X ๑,๐๘๐ Pixels ได้

๓.๑.๒.๑ ระบบสแกนภาพเป็นชนิดความละเอียดสูงชนิด Progressive Scan ที่ ๕๐/๖๐ Hz

๓.๑.๒.๒ มีช่องต่อสัญญาณ Output เป็นแบบ DVI-D สำหรับสัญญาณภาพชนิด ๑๐๘๐ (๕๐/๖๐ Hz) ๒ ช่อง, ช่องสัญญาณ HD-SDI สำหรับสัญญาณภาพชนิด ๑๐๘๐ (๕๐/๖๐ Hz) ๒ ช่อง

๓.๑.๒.๓ มีสายสัญญาณสำหรับต่อควบคุมการทำงานระหว่างชุดกำเนิดแสงกับ ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ

๓.๑.๒.๔ ได้ผ่านการทดสอบและได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัย IEC ๖๐๖๐๑-๑, ๘๗/๔๗/EEC

๓.๒ ชุดกำเนิด...



๓.๒ ชุดกำเนิดแสง

๓.๒.๑ เป็นเครื่องให้กำเนิดแสงชนิด LED

๓.๒.๒ หลอดไฟเป็น แบบ LED module

๓.๒.๓ สามารถปรับความสว่างของแสงโดยใช้ปุ่มหมุนได้แบบต่อเนื่อง (Continously) และสามารถกดปุ่มหมุน หรือปุ่มกดที่หัวกล้องรับสัญญาณภาพ เพื่อตัดความสว่างของแสงชั่วคราว (Stand by mode) ขณะที่ต้องหยุดการทำงานในระยะเวลาสั้นๆ

๓.๒.๔ มีช่องต่อสำหรับตรวจวัดอายุการใช้งานของสายนำแสง

๓.๒.๕ ช่องรับสายนำแสง (Light guide cable receptable) สามารถใช้ได้กับสายนำแสงของบริษัท Aesculap/Storz/Olympus/Wolf

๓.๒.๖ ใช้กำลังไฟสูงสุดไม่เกิน ๕๕๐ VA

๓.๒.๗ ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย IEC ๖๐๖๐๑-๑, ๙๓/๔๒/EEC

๓.๓ จอแสดงสัญญาณภาพ

จำนวน ๑ เครื่อง

๓.๓.๑ เป็นจอแสดงภาพเกรดสำหรับการแพทย์ ชนิด LED ขนาด ๒๖"

๓.๓.๒ มีช่องต่อรับสัญญาณ DVI-D และ SDI

๓.๓.๓ มีความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ pixels (Full HD)

๓.๔ ชุดเครื่องจ่ายน้ำ (Fluid Irrigation Pump) และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง

๓.๔.๑ ใช้หลักการควบคุมแรงดันในการส่งน้ำ (Pressure-controlled pump)

๓.๔.๒ สามารถพัฒนาในอัตราสูงสุด ๑.๘ ลิตรต่อ นาที

๓.๔.๓ ควบคุมการจ่ายน้ำด้วยมือหรือเท้า

๓.๔.๔ ใช้กำลังไฟสูงสุดไม่เกิน ๓๖ VA

๓.๔.๕ ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย IEC ๖๐๖๐๑-๑, ๙๓/๔๒/EEG

๓.๕ เครื่องจ่ายแก๊สเข้าช่องห้องทางศัลยกรรม

จำนวน ๑ เครื่อง

๓.๕.๑ สามารถเลือกและควบคุมการไหลของก๊าซ CO₂ แบบอัตโนมัติโดยอัตราการไหลสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตรต่อนาที

๓.๕.๒ สามารถปรับแรงดันก๊าซ CO₂ ได้ตั้งแต่ ๑ - ๓๐ มิลลิเมตรปอร์ท สามารถเพิ่ม หรือลดระดับแรงดันที่ละ ๐.๕ ลิตร ต่อ ๑ นาที ในช่วงระดับแรงดัน ๑ - ๕ มิลลิเมตร (pediatric mode)

๓.๕.๓ มีระบบอุ่นแก๊สเพื่อช่วยลดการเกิดผ้าหน้าเลนส์ขณะทำการผ่าตัด

๓.๖ ชุดเลนส์...



๓.๖ ชุดเลนส์ผ่าตัดทางศัลยกรรมแบบ Full HD

๓.๖.๑ เลนส์สำหรับผ่าตัดชนิดภาพรายละเอียดสูง มุ่มนองภาพ ๐ องศา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ เลนส์ พร้อมกล่องบรรจุ สามารถ steam sterilization พร้อม Filter แบบ ๑,๐๐๐ รอบได้

๓.๖.๒ เลนส์สำหรับผ่าตัดชนิดภาพรายละเอียดสูง มุ่มนองภาพ ๓๐ องศา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ เลนส์ พร้อมกล่องบรรจุ สามารถ steam sterilization พร้อม Filter แบบ ๑,๐๐๐ รอบได้

๓.๗ เครื่องเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าพร้อมเครื่องมือ จำนวน ๑ เครื่อง ประกอบด้วย

๓.๗.๑ เครื่องเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้า แบบ ADVANCED BIPOLE SEAL AND CUT TECHNOLOGY จำนวน ๑ เครื่อง

๓.๗.๒ เครื่องมือผนึกและตัดหลอดเลือดแบบ Tip first closure ระยะเชื่อม ๒๖.๕ มิลลิเมตร ระยะตัด ๒๓.๕ มิลลิเมตร ขนาด ๕ มิลลิเมตร ยาว ๒๔๐ มิลลิเมตร จำนวน ๓ ชิ้น

๓.๗.๓ เครื่องมือผนึกและตัดหลอดเลือดแบบ Tip first closure ระยะเชื่อม ๒๖.๕ มิลลิเมตร ระยะตัด ๒๓.๕ มิลลิเมตร ขนาด ๕ มิลลิเมตร ยาว ๓๖๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชิ้น

อุปกรณ์ประกอบในการใช้งาน

- จอทีวีแบบ LED ขนาด ๓๒ นิ้ว ๑ เครื่อง
- เครื่องสำรองไฟ ๑ เครื่อง
- รถเข็น ๒ คัน
- สายนำแสงแบบ Full HD ๒ เส้น
- สายจ่ายน้ำ แบบใช้ช้ำ ๒ เส้น
- สายจ่ายแก๊สพร้อมต่อระบบอุ่นแก๊สแบบใช้ช้ำได้ ๒ เส้น
- สายแรงดันสูงสำหรับต่อ กับถัง CO₂ ๑ เส้น
- ถังแก๊ส CO₂ ๑ ถัง
- เครื่องมือผ่าตัดสำหรับงาน ผ่าตัดผ่านกล้อง ๑๐ ชิ้น ประกอบด้วย MARYLAND ๒ ชิ้น, METZENBAUM ๒ ชิ้น, GRASPING or FORCEPS ๔ ชิ้น, HOOK ๒ ชิ้น

พร้อมกล่องบรรจุเครื่องมือที่สามารถ steam sterilization พร้อม Filter แบบ ๕๐๐๐ รอบได้ ๒ ชุด



๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ ผู้ชายจะทำการติดตั้งและตรวจสอบโดยช่างที่ผ่านการรับรองเท่านั้น รวมทั้งการรับรองว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าใจ และสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี
- ๔.๒ ผู้ชายจะรับประกันคุณภาพสินค้า พร้อมทั้งความชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลา ๒ ปี
- ๔.๓ มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ฉบับ

ลงชื่อ.....วิภาณ์ อรุณศิริสุข.....ประธานกรรมการ
(นางสาววราภรณ์ อรุณศิริสุข)

ลงชื่อ.....สาวนิดา พงษ์พานิช.....กรรมการ
(นางสาวนิดา พงษ์พานิช)

ลงชื่อ.....จิตา ลักษณ์.....กรรมการ
(นางจิตา ลักษณ์)

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด
(นายธีรพงศ์ ตุนาค)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องคอมมายาสลบชนิดชั้บช้อน ๓ แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามหมายเหตุหัวใจ
และสัญญาณชีพอัตโนมัติเคราะห์แก๊ซระหว่างدمยาสลบ



๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ในการให้ยาดมสลบในผู้ป่วยตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ที่มารับการผ่าตัดทั่วไป สามารถรองรับ เทคนิคการดมยาสลบวิธีใหม่ เช่น Low Flow Anesthesia มีเครื่องช่วยหายใจที่สามารถถูกกำหนดปริมาณแก๊ซที่เข้าสู่ผู้ป่วยเป็นแบบควบคุมปริมาตร (Volume Control) และแบบควบคุมความดัน (Pressure Control) และ มีภาคติดตามการทำงาน และแสดงผลค่าการหายใจต่างๆ จากจอภาพ รวมทั้งเพื่อเฝ้าระวังและวัดสัญญาณชีพ ผู้ป่วยที่อยู่ในสภาพวิกฤติ และเพื่อใช้ประเมินผู้ป่วยก่อนที่จะเกิดภาวะวิกฤติ เช่น การติดเชื้อ, กล้ามเนื้อหัวใจ ขาดเตือด, กล้ามเนื้อหัวใจตาย เป็นต้น

ประกอบไปด้วย

๑.๑ เครื่องดมยาสลบชนิดชั้บช้อน ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างدمยาสลบ จำนวน ๒ เครื่อง

๑.๒ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง

๑.๓ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ (Transport Monitor) จำนวน ๑ เครื่อง

๒. คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑ สามารถใช้งานได้กับผู้ป่วยตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่

๒.๒ ตัวเครื่องมีส่วนของชั้นหรือลีนชักสำหรับใส่อุปกรณ์ใช้งานอย่างน้อย ๑ ชั้น

๒.๓ สามารถต่อ กับระบบจ่ายแก๊สกลางของโรงพยาบาลได้ และเป็นชนิด ๓ แก๊ซ คือ ออกซิเจน, ในตัวส่องไชเดอร์ และอากาศ

๒.๔ มีไฟสำหรับส่องสว่างกรณีต้องใช้งานในที่มืด เช่น Laparoscopy, Laser surgery ซึ่งสามารถเปิด ใช้งานได้จากตัวเครื่อง

๒.๕ มีเครื่องช่วยหายใจที่สามารถเลือกกำหนดค่าการทำงานให้เป็นควบคุมด้วยปริมาตร (Volume Control) และควบคุมด้วยความดัน (Pressure Control) โดยปรับเลือกเป็นการควบคุมทั้งหมด (Control mode) และช่วยเสริมการหายใจในกรณีที่ผู้ป่วยสามารถหายใจเองได้บางส่วน (Synchronized Ventilation) และสามารถช่วยหายใจแบบ Pressure support และสามารถช่วยหายใจแบบ Volume Control AutoFlow หรือเทียบเท่าได้

๒.๖ มีจอภาพติดตามการทำงานของเครื่องช่วยหายใจแสดงค่าเป็นตัวเลข เช่น อัตราการหายใจ, เปอร์เซ็นต์ของออกซิเจน/คาร์บอนไดออกไซด์/ในตัวส่องไชเดอร์/แก๊ซดมยาสลบในลมหายใจเข้าและลมหายใจออก (insp./exp.) และค่าความดัน

๒.๗ มีเครื่องดมยาสลบ เครื่องช่วยหายใจ และวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โดยเป็นเครื่องที่ผลิต จากโรงงานผู้ผลิตเดียวทั้งหมด

๒.๘ เครื่องสามารถทำงานได้ถูกต้องตามมาตรฐานของเครื่องดมยาสลบ

๓. คุณสมบัติ...



**๓. คุณสมบัติเทคนิคเครื่องคอมมายาสลบชนิดชั้บช้อน ๓ แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องฉีดแก๊ซ
ระหว่างคอมมายาสลบ จำนวน ๒ เครื่อง**

๓.๑ เครื่องคอมมายาสลบ

๓.๑.๑ ตัวเครื่องประกอบด้วยโครงรถที่มีความแข็งแรง มีล้อสำหรับเคลื่อนย้ายเดสตัทกและมีที่ห้ามล้อ

๓.๑.๒ มีมาตรวัดบอกร่างดันของออกซิเจน แสดงค่าแรงดันบนจอภาพ (Display) อากาศ, ออกซิเจน และในตัวสออกไซด์ จากระบบจ่ายแก๊สกลางของโรงพยาบาล

๓.๑.๓ มีถังสำรองของแก๊สออกซิเจน ในตัวสออกไซด์ ติดตั้งอยู่ด้านหลังของเครื่องคอมมายาสลบ และมีมาตรวัดบอกร่างดันหรือแสดงค่าแรงดันบนจอภาพ (Display) ของแก๊สถังสำรอง รวมถึงระบบปรับความดัน (Cylinder Pressure Regulator) อยู่ในเครื่อง

๓.๑.๔ มีที่แขวนเครื่องระเหยยาคอมมายาสลบอยู่ในรูนาบเดียวกัน สามารถติดได้พร้อมกัน ๒ เครื่อง ซึ่งต้องไม่สามารถเปิดใช้งานได้พร้อมกัน

๓.๑.๕ มีระบบสัญญาณเตือนด้วยเสียงและระบบตัดแก๊สในตัวสออกไซด์เมื่อระบบจ่ายออกซิเจนล้มเหลว (Oxygen Failure Safety Device and Oxygen Supply Failure Alarm)

๓.๑.๖ มีวาล์วสำหรับให้ออกซิเจนฉุกเฉิน (Oxygen Flush Valve)

๓.๑.๗ มี Oxygen Safety Flow กรณีที่ระบบไฟฟ้าขัดข้อง โดยให้ Flow ตั้งแต่ ๐ - ๑๒ LPM

๓.๑.๘ มีตัววัดความอิ่มตัวของออกซิเจน (Oxygen Sensor) เป็นชนิด Paramagnetic

๓.๑.๙ มีอุปกรณ์ Scavenging ติดตั้งบนเครื่องคอมมายาสลบ และสามารถต่อเข้ากับระบบ Scavenging ของโรงพยาบาลได้

๓.๒ เครื่องปรับอัตราการไหลของแก๊ส

๓.๒.๑ มีระบบควบคุมอัตราไหลของแก๊สออกซิเจน และในตัวสออกไซด์เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronically Controlled Mixer) ที่ย่านค่าเป็นตัวเลข สามารถปรับอัตราการไหลด้วยปุ่ม (Knob)

๓.๒.๒ สามารถปรับอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจน และในตัวสออกไซด์ได้ โดยปรับค่าต่ำสุดได้อย่างน้อย ๐.๒ ลิตรต่อนาที และปรับค่าสูงสุดได้อย่างน้อย ๑๙ ลิตรต่อนาที

๓.๒.๓ มีระบบนิรภัยควบคุมอัตราส่วนการไหลของแก๊สระหว่างในตัวสออกไซด์และออกซิเจน (Sensitive ORC Function) ป้องกันไม่ให้ความเข้มข้นของออกซิเจนต่ำกว่า ๒๕ เปอร์เซ็นต์

๓.๓ ระบบส่งแก๊สผู้ป่วย

๓.๓.๑ สามารถให้การคอมมายาสลบโดยใช้วงจรระบบหายใจ (Breathing System) แบบต่างๆ ได้ เช่น Semi Open Circuit, Semi Close System และ Close System

๓.๓.๒ มีระบบ Semi Close System ติดตั้งในตัวเครื่อง โดยมีภาชนะบรรจุสารคุ้มชับคาร์บอนไดออกไซด์ (Soda lime) จำนวน ๑ ขั้น ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑.๕ ลิตร

๓.๓.๓ มีวาล์วปรับแรงดัน (Airway Pressure Relief Valve) ใน Mode MAN/ Spontaneous

๓.๔ เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator)

๓.๔.๑ สามารถใช้ในขณะคอมมายาสลบผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็กเล็ก ไม่ต้องเปลี่ยน Bellows ด้วยเทคนิคของเครื่องช่วยหายใจ

๓.๔.๒ สามารถ...



- ๓.๔.๒ สามารถตั้งค่าปริมาตรของการหายใจ (Tidal Volume) ได้ตั้งแต่ ๒๐ – ๑,๖๐ ลิตรลิตร
 ๓.๔.๓ สามารถตั้งอัตราการหายใจ (Respiration Rate) ได้ตั้งแต่ ๓ – ๙๐ ครั้ง/นาที
 ๓.๔.๔ สามารถตั้งเวลาของการหายใจเข้าต่อการหายใจออก ได้ตั้งแต่ ๔.๗.๓ ถึง ๑๘.๘
 ๓.๔.๕ สามารถตั้งค่า PEEP ได้ตั้งแต่ ๐ – ๒๐ เซนติเมตรน้ำ
 ๓.๔.๖ สามารถตั้ง Inspiratory Pause ได้ตั้งแต่ ๐ – ๖๐ เปอร์เซ็นต์

๓.๔.๗ สามารถเลือกตั้งค่าการทำงานให้ควบคุมโดยปริมาตร (Volume Control) และควบคุมโดยความดัน (Pressure Control) ได้ เช่น CMV, PCV และ Synchronization ใน Mode ของ Pressure Control ค่าอัตราการไหลของแก๊สขณะหายใจเข้า (Inspiratory Flow) ได้มีน้อยกว่า ๑๕๐ ลิตรต่อนาที

๓.๔.๘ สามารถตั้งค่าการทำงานของการหายใจ ควบคุมโดยระบบไฟฟ้า ได้แก่ Tidal Volume, Respiratory Rate, Pressure Limitation, Inspiration Pressure, PEEP, Trigger และ Inspiration Pause (Tip: Tinsp)

๓.๔.๙ เครื่องช่วยหายใจประกอบสำเร็จในเครื่องและมาจากการผู้ผลิตเดียวกัน

๓.๔.๑๐ มีแบบเทอร์มิเตอร์สำรองการทำงานของเครื่องช่วยหายใจเมื่อไฟฟ้าดับ โดยสามารถทำงานต่อได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และสูงสุด ๙๐ นาที ขึ้นอยู่กับการช่วยหายใจ

๓.๕ ภาคแสดงข้อมูล

๓.๕.๑ มีจอภาพแสดงข้อมูลระบบช่วยหายใจ สามารถแสดงค่าต่างๆ ได้แก่ Tidal Volume, Minute Volume, Respiratory Rate, Airway Pressure (Peak , Plat), PEEP, Compliance, และค่า อุกซิเจน, ไนโตรสโตรอกไซด์ และแก๊สยาดมสลบ (O_2 , N_2O , Anesthetic Agents) ทั้งในช่วงหายใจเข้า และหายใจออก

๓.๕.๒ สามารถเลือกแสดงค่ารูปคลื่น (Wave form) ต่างๆ ได้ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจ (CO_2), ปริมาณความเข้มข้นของออกซิเจน (O_2 Concentration), Anesthetic Gas, Airway Pressure

๓.๕.๓ มีระบบสัญญาณเตือนเป็นเสียงหรือไฟกระพริบเมื่อมีความผิดปกติของค่าการหายใจ เช่น Minute Volume, High/Low, Low supply, Apnea, Pressure High et CO_2 High / Low , Circle Leak และ Battery Low

๓.๕.๔ มีจอภาพแสดงข้อมูลติดตามค่าของแก๊สชนิดต่างๆ ในลมหายใจ ได้แก่ ค่าความดันของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ($ETCO_2$) ค่าเบอร์เช็นต์ความเข้มข้นของน้ำยาดมสลบชนิดต่างๆ ได้แก่ ไฮโลเคน, ไอโซฟลูเรน, เซโวฟลูเรน, เดสฟลูเรน (ระบุประเภทของแก๊สได้) และค่า Minimum Alveolar Concentration (MAC)

๓.๕.๕ มีระบบ Integrated Electronic Econometer เพื่อบอกถึงปริมาณความหมายส่วนของ การให้ Flow ในเทคนิคการทำ Low Flow

๓.๕.๖ สามารถวิเคราะห์กลไกการเปลี่ยนแปลงของปอด โดยสามารถแสดงผลได้ทั้ง P/V Loops และ V/Flow Loops พร้อมกัน



๔. อุปกรณ์ประกอบการใช้งานต่อเครื่องคอมมายาสลบ ๑ เครื่อง

๔.๑ สายแก๊สออกซิเจน ในตัวสูดออกไซด์ และอากาศ พร้อมหัวต่อพร้อมใช้กับระบบโรงพยาบาล	จำนวน ๑ ชุด
๔.๒ Anesthesia Breathing Circuit Adult	จำนวน ๕ ชุด
๔.๓ Anesthesia Breathing Circuit neonatal Disposable	อย่างละ ๑ ใบ
๔.๔ Bag Size ๐.๕, ๑, ๒ ลิตร	จำนวน ๒ ชุด
๔.๕ Jackson's Rees Circuit	อย่างละ ๑ ชิ้น
๔.๖ หน้ากากคอมมายาสลบเด็ก และผู้ใหญ่ Size ๑, ๒, ๓, ๔, ๕	จำนวน ๑๐ อัน
๔.๗ Flow Sensor	จำนวน ๑ ชิ้น
๔.๘ สายรัดหน้ากาก Silicone	อย่างละ ๑ ถุง
๔.๙ ถังแก๊สออกซิเจนและในตัวสูดออกไซด์ขนาด E	จำนวน ๑๐ ชิ้น
๔.๑๐ water trap	จำนวน ๒๐ ชิ้น
๔.๑๑ Sampling line	จำนวน ๒๐ ชิ้น

๕. คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณซีพ้อตโน้มติ จำนวน ๖ เครื่อง

๕.๑ มีจอภาพสีจอภาพแบบชนิด Color LCD (TFT) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว ความละเอียดในการแสดงผลไม่น้อยกว่า ๔๐๐ x ๔๘๐

๕.๒ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๑๐ – ๒๔๐ V, ๕๐/๖๐ Hz

๕.๓ จอภาพแสดงตัวเลขและคลื่นสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า ๔ ช่องสัญญาณ

๕.๔ สามารถเลือกความเร็วของคลื่นสัญญาณ (Sweep Speed) อย่างอิสระโดยไม่ขึ้นต่อกันในแต่ละช่องสัญญาณได้ ตั้งแต่ ๖.๒๕, ๑๒.๕, ๒๕, ๕๐ มม. ต่อวินาที

๕.๕ มีภาควัดรวมที่สามารถถอดแยกจากตัวเครื่องได้เพื่อให้สามารถเพิ่มภาควัดสัญญาณซีพ้อน์ฯได้ในอนาคต และสามารถถับลับภาควัดรวมระหว่างเครื่องได้

๕.๖ ควบคุมสามารถควบคุมการทำงานเครื่องได้แบบสัมผัสที่หน้าจอ (Touch Screen)

๕.๗ สามารถเก็บข้อมูลของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมงหรือมากกว่า และสามารถเรียกดูข้อมูลเป็น Tabular หรือ Graphic ได้

๕.๘ สามารถแสดง ST Segment ST map ทั้ง ๑๒ lead บนจอภาพเป็นรูปแบบ multi-axis portraits โดยสามารถแสดงได้ทั้งแนวตั้ง (limb leads) และแนวราบ (chest leads) ของหัวใจ

๕.๙ สามารถวัดและแสดงค่า QT/QTc ของผู้ป่วยได้พร้อมแสดงบนจอภาพ

๕.๑๐ คุณลักษณะทางเทคนิค

๕.๑๐.๑ ภาควัดติดตั้มสัญญาณซีพ้อน์ฯ (Combined Multi-measurement Module and transport monitor) จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง

๕.๑๐.๑.๑ มีหน้าจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๕ นิ้ว ชนิด QVGA ความละเอียดในการแสดงผลไม่น้อยกว่า ๓๒๐ x ๒๔๐ Pixels ควบคุมการทำงานแบบ Touch Screen_ ใช้งานจาก Battery ได้ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง น้ำหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม

๕.๑๐.๑.๒ ภาคติดตามการทำงานของหัวใจ (ECG)

๕.๑๐.๑.๒.๑ สามารถ...



๕.๑๐.๑.๒.๓ สามารถวัดและแสดง คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Lead ECG) ได้ ๑๒ คลื่นพร้อมกัน โดยติดสายเคร็บล์ Lead ๕ จุด (EASI lead)

๕.๑๐.๑.๒.๔ สามารถวัด ST segment ได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า ๑๒ lead หรือ ตีกกว่า

๕.๑๐.๑.๒.๕ สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart rate) ได้

- สามารถวัดได้ทั้งในผู้ใหญ่ (Adult) เด็กโต (Pediatric) และ เด็กแรกเกิด (Neonatal) ได้ ๑๕ – ๓๐๐ ครั้งต่อนาทีหรือตีกกว่า

- สามารถตั้ง Alarm Limit ได้

๕.๑๐.๑.๒.๖ สามารถแสดงอัตราการหายใจได้ทั้งผู้ใหญ่ (Adult) เด็กโต (Pediatric) และเด็กแรกเกิด (Neonatal)

๕.๑๐.๑.๒.๗ มีระบบสัญญาณเตือน (Alarm) ในกรณีอัตราการหายใจสูงหรือต่ำกว่า ที่ตั้งไว้ (Alarm Limits)

๕.๑๐.๑.๓ ภาควัดความดันโลหิต ชนิดภายนอก (Non invasive blood pressure)

๕.๑๐.๑.๓.๑ สามารถวัดความดันโลหิตในอุบัติเหตุได้ทั้ง ๓ ค่า คือ Systolic, Diastolic และ MEAN

๕.๑๐.๑.๓.๒ สามารถวัดได้ทั้งแบบ Automatic, Manual, STAT mode และ Sequence mode

๕.๑๐.๑.๓.๓ สามารถตั้งเวลาในการวัดแบบอัตโนมัติ (Automatic) ได้อย่างน้อย ๑, ๒, ๒.๕, ๓, ๕, ๑๐, ๒๕, ๒๐, ๓๐, ๔๕, ๖๐ และ ๑๒๐ นาที

๕.๑๐.๑.๓.๔ สามารถตั้งสัญญาณเตือนได้

๕.๑๐.๑.๔ ภาคราชวัดสัญญาณค่าความอิ่มตัวของปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO_2)

๕.๑๐.๑.๔.๑ สามารถวัดค่า SpO_2 และ Plethysmograph ได้โดยใช้เทคโนโลยี FAST SpO_2

๕.๑๐.๑.๔.๒ สามารถวัดค่า SpO_2 ได้ตั้งแต่ ๑ ถึง ۱۰۰%

๕.๑๐.๑.๔.๓ สามารถวัดชีพจรผู้ป่วย ได้ตั้งแต่ ๓๐ ถึง ๓๐๐ ครั้งต่อนาที

๕.๑๐.๑.๔.๔ สามารถแสดงค่าความผันผวนของคลื่นชีพจะได้ในจากของเครื่องระบบสัญญาณ เตือนที่สามารถตั้งค่าได้ (Alarm limit)

๕.๑๐.๑.๕ ภาควัดความดันโลหิตแบบทางเส้น (Invasive Blood Pressure)

๕.๑๐.๑.๕.๑ สามารถวัดค่า Invasive Blood Pressure และแสดงผลเป็นตัวเลขและ รูปคลื่นพร้อมทั้งค่าความแปรปรวนของรูปคลื่นชีพจะ Pulse Pressure Variation (PPV) ได้

๕.๑๐.๑.๕.๒ สามารถวัดค่าความดันได้ตั้งแต่ -۴۰ ถึง ๓๖๐ มม.ปรอท สามารถ กำหนดสัญญาณเตือนเมื่อค่าที่วัดได้สูงหรือต่ำกว่าที่กำหนด



๖. คุณสมบัติที่สำคัญในการติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณซึ่งพัฒนามัตติเป็นเครื่องหน้าที่ (Transport Monitor) จำนวน ๑ เครื่อง

๖.๑ มีหน้าจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๕ นิ้ว ชนิด QVGA ความละเอียดในการแสดงผลไม่น้อยกว่า ๓๒๐ x ๒๔๐ Pixels ควบคุมการทำงานแบบ Touch Screen_ใช้งานจาก Battery, ได้รับน้ำหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม

๖.๒ คุณลักษณะทางเทคนิค

๖.๒.๑ ภาคติดตามการทำงานของหัวใจ (ECG)

๖.๒.๑.๑ สามารถวัดและแสดง คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (๑๒ lead real time ECG) ได้ ๑๒ คลื่น พร้อมกันโดยติดสายเคเบิล Lead ๕ จุด (EASI lead)

๖.๒.๑.๒ สามารถวัด ST segment ได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า ๑๒ lead หรือตีกกว่า

๖.๒.๑.๓ สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart rate) ได้

- สามารถตั้งได้ทั้งในผู้ใหญ่ (Adult) เด็กโต (Pediatric) และเด็กแรกเกิด (Neonatal) ได้ ๑๕ – ๓๐๐ ครั้งต่อนาทีหรือตีกกว่า

- สามารถตั้ง Alarm Limit ได้

๖.๒.๑.๔ สามารถแสดงอัตราการหายใจได้ทั้งผู้ใหญ่ (Adult) เด็กโต (Pediatric) และเด็กแรกเกิด (Neonatal)

๖.๒.๑.๕ มีระบบสัญญาณเตือน (Alarm) ในกรณีอัตราการหายใจสูงหรือต่ำกว่าที่ตั้งไว้ (Alarm Limits).

๖.๒.๒ ภาควัดความดันโลหิต ชนิดภายนอก (Non invasive blood pressure)

๖.๒.๒.๑ สามารถวัดความดันโลหิตในกล่องหลอดเลือดได้ทั้ง ๓ ค่า คือ Systolic, Diastolic และ MEAN

๖.๒.๒.๒ สามารถตั้งเวลาในการวัดแบบอัตโนมัติ (Automatic), Manual, STAT mode และ Sequence mode

๖.๒.๒.๓ สามารถตั้งเวลาในการวัดแบบอัตโนมัติ (Automatic) ได้อย่างน้อย ๑, ๒, ๒.๕, ๓, ๕, ๑๐, ๑๕, ๒๐, ๓๐, ๔๕, ๖๐ และ ๑๒๐ นาที

๖.๒.๒.๔ สามารถตั้งสัญญาณเตือนได้

๖.๒.๓ ภาคตรวจสัญญาณค่าความอิ่มตัวของบริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO_2)

๖.๒.๓.๑ สามารถวัดค่า SpO_2 และ Plethysmograph ได้โดยใช้เทคโนโลยี FAST SpO_2

๖.๒.๓.๒ สามารถวัดค่า SpO_2 ได้ตั้งแต่ ๑ ถึง ๑๐๐%

๖.๒.๓.๓ สามารถวัดชีพจรผู้ป่วย ได้ตั้งแต่ ๓๐ ถึง ๓๐๐ ครั้งต่อนาที

๖.๒.๓.๔ สามารถแสดงรูปคลื่นซึ่งจะได้ในจากการของเครื่องระบบสัญญาณเตือน ที่สามารถตั้งค่าได้ (Alarm limit)

๗. อุปกรณ์ประกอบการใช้งานต่อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณซึ่งพัฒนามัตติ ๑ เครื่อง

๗.๑ สาย ECG ๕ Leads

จำนวน ๑ ชุด

๗.๒ ท่อลมสำหรับผู้ใหญ่ Air Hose

จำนวน ๑ ชุด

๗.๓ NBP Cuff

จำนวน ๑ ชุด

๗.๔ Reusable....

๗.๔ Reusable ๗.๕ Reusable SpO₂ Sensor
๗.๕ คุณมีการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๑ ชุด



๘. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๘.๑ เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เคยถูกสาหรัดการใช้งานมาก่อน
- ๘.๒ มีคุณมีการใช้เครื่องและการบำรุงรักษาเครื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างดี๓ ชุด
- ๘.๓ มีวิธีการใช้งานเป็นภาษาไทยสำหรับแขวนติดข้างเครื่อง ๑ ชุด
- ๘.๔ รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๓ ปี ทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่โดยไม่นับรวมกับวันที่เครื่องเสียพร้อมทั้งมีการตรวจเช็คสภาพของเครื่องทุก ๓ เดือน ภายในระยะเวลา.rับประกันและเมื่อเครื่องมีปัญหานั้นจะรับประกันทางบริษัทยินดีซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ให้โดยไม่คิดมูลค่า
- ๘.๕ กิริยาระบบเครื่องมีปัญหา เมื่อทางโรงพยาบาลติดต่อไปเบอร์ ๐๘๑-๒๕๙๖๗๗๗ และจัดส่งวิศวกร/ช่าง มาทำการตรวจสอบแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ภายใน ๓ วัน ถ้าซ่อมแซมแล้วใช้ไม่ได้ภายในระยะเวลา ๗ วัน ทางบริษัทฯ ยินดีนำเครื่องที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่ามาให้ทางโรงพยาบาลใช้จนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จ
- ๘.๖ บริษัทฯ จะฝึกสอน (Train) ผู้ใช้งานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจนสามารถใช้เครื่องได้ถูกต้อง ถูกวิธีก่อนรับมอบเครื่อง
- ๘.๗ หากเครื่องมีชำรุดโดยมิได้เกิดจากเจ้าหน้าที่ที่ใช้เครื่องผิดวิธี ทางบริษัทฯ จะมีช่างซึ่งได้รับการฝึกและรับรองจากโรงพยาบาลผู้ผลิตเป็นผู้ซ่อมเครื่องได้สำเร็จภายใน ๗ วัน หากไม่สามารถใช้เครื่องได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือเกิน ๒ ครั้งแล้วใช้การไม่ได้ ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ภายในระยะเวลา.rับประกัน
- ๘.๘ มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
- ๘.๙ ผลิตภัณฑ์ต้องได้คุณภาพ ตามมาตรฐานตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่เข้าร่วมได้มีหลักฐานแสดง
- ๘.๑๐ มีเอกสารรับรองค่าความแม่นยำตาม Spec ของเครื่องหากต้องการสอบเทียบค่าความแม่นยำ ทางบริษัทฯ ผู้จำหน่ายไม่มีคิดค่าบริการ/ค่าใช้จ่ายเพิ่มกับทางโรงพยาบาล
- ๘.๑๑ บริษัทฯ ผู้จำหน่ายมีเอกสารยืนยันการสำรองอะไหล่หรือมีอะไหล่ของแท้พร้อมที่จะสนองความต้องการของโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า ๕ ปี

Smee
(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวชนิดา อนุรัตน์) (นางสาวพนิดา กมลโภสล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(นางพชรา ศรีพันธ์) (นายธีรพงศ์ ตุนาค)

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

๑. ข้าพเจ้า..... อายุเลขที่.....
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด..... โทรศัพท์.....
 โดย..... ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสาร
 ซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่..... โดยตลอด
 และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
 และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
 ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ราคากลาง ต่อหน่วย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ^(ถ้ามี)	จำนวน	รวม ^{เป็นเงิน}	กำหนด ส่งมอบ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						

(.....) ซึ่งเป็นราคาน้ำเสียที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น
 และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนออนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา..... วัน นับแต่วันเสนอราคาและจังหวัดอาจรับคำเสนออนี้
 เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควร
 ที่จังหวัดร้องขอ

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ^{.....}
 ๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 กับจังหวัด..... ภายใน..... วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา



๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อขายฯ ระหว่าง
ราคากลางที่ได้รับจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูล ให้แก่จังหวัด.....ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญานี้เป็นจำนวนเงินร้อยละ
.....ของราคากลางที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
โดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้จังหวัดรับหลักประกันการเสนอ
ราคากลางที่ได้รับจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูล รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่จังหวัดและจังหวัดมีสิทธิ
จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกรราคากลางได้หรือจังหวัดอาจเรียกประกรราคากลางได้

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่าจังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนออนี้ หรือใบเสนอราคากลางได้ฯ รวมทั้งไม่ต้อง^{จะ}
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคากลาง

๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อกแบบบรรยายรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคากลาง ซึ่งข้าพเจ้าได้ลากไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้จังหวัดไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งจังหวัดส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
กับตัวอย่างนั้น

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามที่ได้รับจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูล ตามที่ได้ทำการเสนอ
ข้าพเจ้าขอมอบ.....เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคากลางเป็นเงินจำนวน
บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคากลางโดยละเอียดแล้ว
และเข้าใจดีว่าจังหวัดไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการซื้อขายฯ

๙. ในใบเสนอราคากลางได้ยื่นเสนอโดยบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ประการจากกล้องหุ้นหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน^{โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย} กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหุ้นส่วน บริษัทฯ ที่ได้ยื่นเสนอ
ราคากลางในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)



แบบสัมภาษณ์อิเล็กทรอนิกส์

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ตำบล/แขวง.....
จังหวัด..... เมื่อวันที่.....

เดือน..... พ.ศ..... ระหว่าง.....

LPIE.....

ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ.....

ชื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ.....

มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่.....ถนน.....

สำบล/แขวง..... อําเภอ/เขต.....

จังหวัด ปอย
.....

ผู้เข้าร่วมการลงนามแก้พัฒนาคือ ราชกุมาร พงษ์สิริรัตน์ รองหัวหน้านักทักษิณหันส่วนเริ่มต้น

ແລະພັນເສີມຄອງຄໍາວາຈອງວ້າເກີ

..... និងទីតាំងប្រចាំឆ្នាំ និង ចុងក្រោយប្រជុំ នាមរោង ។ ដូចមែន ទាក់ទង

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ขอตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย.....
จำนวน.....เป็นราคากันสืบ.....

ชีงได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน..... บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้ เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และมีคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา

ในการนี้ที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจทดลองแล้ว
ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกันที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนวท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒๑ แผนก ๑ จำนวน หน้า

ໄກໄກ ພນວກ ໄ ຈຳນວນ ຜໍາໜ້າ

๒๓ พนวน ๗..... จำนวน..... หน้า.....

ទីក្រុង ធនាគារ នៃ សាខាដំណឹង រាជធានីភ្នំពេញ មានចំណាំ ជំនាញ នៅលើ ផ្ទះលេខ ៩៣ ភូមិសាក់ដី សង្កាត់ ភ្នំពេញ

၁၅၆

ធនាគារ..... ដំណើរ.....



ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ

ข้อ ๓. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ.....
ภายในวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑.
แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหันหัวหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียวหรือส่งมอบหลายครั้ง
ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้ง โดยทำเป็นหนังสือแนบไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ

.....ในเวลาราชการ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า.....วันทำการ

ข้อ ๔. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่จะต้องส่งหรือนำเข้ามา
จากต่างประเทศและสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ
รับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุก
โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
กรรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าว
จากต่างประเทศจะเป็นแบบเอฟ โอบี ซีเอฟอาร์ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้อง^{ส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading)} หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือ
ที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการขนส่งทางน้ำและ
พาณิชยนาวีให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการ
ไม่บรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการสั่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ซื้อ
แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อน
และชำระค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก
หลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ผู้ซื้อ.....

ผู้ขาย.....



ถ้าผลของการตรวจรับประภากว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ ๑ ผู้อหังการค้าหรือห้อง
ที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับน้ำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของ
มาส่งมอบให้ใหม่หรือต้องการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเองและระยะเวลาเดียวกัน
เพราจะเหตุตั้งกล่าว ผู้ขายจะนำมาร้านเป็นเหตุของขายเวลาทำการตามสัญญารือของดหรือลดค่าปรับไปได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕
ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
ชื่อร้านค้า..... สาขา.....
ชื่อบัญชี..... เลขที่บัญชี.....
ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม
ให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา
..... ปี เดือน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลา ดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้
เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไข
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่สัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น.....

เป็นจำนวนเงิน..... บาท (.....)
ซึ่งเท่ากับร้อยละ (..... %) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา นำมอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อจะคืนให้เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว ผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่
ผู้ซื้อ หรือส่งมอบไปมิถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออก
หนังสือค้าประกันตามสัญญาข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้า
ผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดสั่ง แล้วแต่กรณีภายในกำหนด..... เดือน
นับแต่วันบอกเลิกสัญญาผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากการที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ผู้ซื้อ.....

ผู้ขาย.....



ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิ์ของเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ(.....%) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบนั้นต่อวันเดือนครบทุกๆเดือน จนกว่าค่าปรับจะหมดลง

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิ์ของเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิ์ของเลิกสัญญา และรับหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ตามสัญญาข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคากลับเพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๘ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การรับผิดชอบค่าเสียหาย

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อด้วยสิ่นเชิง ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ

ข้อ ๑๒. การขอขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากการความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือจากพฤติกรรมอันใดอันหนึ่งซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ขายทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ตน

การขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อ ที่จะพิจารณา

ผู้ซื้อ.....

ผู้ขาย.....



ສັນຍານີ້ທຳບັນດາສອງຈົບບັບ ມີຂໍ້ຄວາມຖຸກຕ້ອງທຽບກັນ ຄູ່ສັນຍາໄດ້ອ່ານແລ້ວຂ້າເພື່ອຄວາມໄດ້ຮັບອີດ
ຕລອດແລ້ວ ຈຶ່ງເຕັ້ນລາຍນີ້ອ່ານຫຼືພິ້ອມທີ່ປະທັບຕາມ (ຄໍານີ້) ໄວເປັນສຳຄັນຫຼືຫັນພາຍໃນ ແລະ ຄູ່ສັນຍາ ຫຼາງຍືດຕອນໄດ້
ຝ່າຍລະອົບບັບ

(ລົງຊື່ອ). ຜູ້ອໍານວຍ
(.....)

(ລົງຊື່ອ). ຜູ້ຂາຍ
(.....)

(ລົງຊື່ອ). ພຍານ
(.....)

(ລົງຊື່ອ). ພຍານ
(.....)



หนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันของ)

เลขที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า..... สำนักงานตั้งอยู่ที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... โดย..... ผู้มีอำนาจลงนาม
ผู้กันผู้คนการ/บริษัทเงินทุน ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ จังหวัดตราด ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่.....ได้ยื่นของประมวลราคากลางอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับการจัดซื้อ.....ตามเอกสารประมวลราคากลางอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่..... ซึ่งต้องวางหลักประกันของตามเงื่อนไขการประมวลราคากลางอิเล็กทรอนิกส์
เป็นจำนวนเงิน..... บาท (.....) นั้น

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ำประกันในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของจังหวัดตราด
จำนวนไม่เกิน..... บาท (.....) ในกรณี
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประมวลราคา อันเป็นเหตุ
ให้จังหวัดตราด มีสิทธิริบหลักประกันของหรือให้ขาดใช้ค่าเสียหายได้ฯ รวมทั้งกรณีที่.....
ได้ถอนใบเสนอราคาของตนภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้เปลี่ยนแปลงในสัญญาเมื่อได้รับแจ้ง^{เพื่อทำสัญญาหรือมิได้วางหลักประกันสัญญาว่ายในระยะเวลาที่กำหนดในเอกสารประมวลราคา}

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่.....ถึง.....
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..... ผู้ค้ำประกัน
(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(.....)

หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญา)



เลขที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า..... สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... โดย..... ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร

ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ “จังหวัดตราด” ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่..... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย” ได้ทำสัญญา

ซื้อขาย..... กับผู้ซื้อตามสัญญาเลขที่.....

ลงวันที่..... ซึ่งผู้ขายต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ซื้อ

เป็นจำนวนเงิน..... บาท (.....)

ซึ่งเท่ากับร้อยละ (..... %) ของราคากันหมุดตามสัญญา

ข้าพเจ้ายอมผูกตนเป็นผู้ค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อ จำนวน
เงิน

ไม่เกิน..... บาท (.....) ในกรณีที่ผู้ขาย
ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติ ตามภาระหน้าที่
ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาซื้อขายดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..... ผู้ค้ำประกัน
(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(.....)



บทนิยาม

“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมด้าหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคายainในการสอบราคาซื้อของจังหวัด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมของบุคคลธรรมด้าหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคายainในการสอบราคาซื้อของจังหวัดในคราวเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมด้าหรือนิติบุคคลดังกล่าว ข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมด้าหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยให้ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมด้าหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมด้าหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่จังหวัดในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน ไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด เป็นหุ้นส่วน ในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่จังหวัดในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมด้าหรือของนิติบุคคล รายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือ บริษัทมหาชน์จำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ หรือในนัย กลับกัน

การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในการณ์บุคคลได้ใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริง ของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน์จำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัดหรือ บริษัทมหาชน์จำกัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่จังหวัดในการสอบราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคา หรือผู้เสนอผลงานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี



“การขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การผู้เสนอราคากลางที่มีความชัน
หรือหักรายกำไรทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีความชัน
ราคาย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อจังหวัด ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ขอให้รับ
รับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือฟัน
ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ^๑
แสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายได้เป็นผู้เสียหาย
ทำสัญญากับจังหวัด หรือเพื่อหลอกเลี่ยงการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบจังหวัด^๒
โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ



บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

๑. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

- (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
- (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณฑ์สนธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

จำนวน.....แผ่น

จำนวน.....แผ่น

จำนวน.....แผ่น

จำนวน.....แผ่น

จำนวน.....แผ่น

จำนวน.....แผ่น

จำนวน.....แผ่น

จำนวน.....แผ่น

จำนวน.....แผ่น

๒. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล

- (ก) บุคคลธรรมดा
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น
- (ข) คณะบุคคล
สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน

จำนวน.....แผ่น

จำนวน.....แผ่น

จำนวน.....แผ่น

๓. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า

- สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า

จำนวน.....แผ่น

- (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดា
- บุคคลสัญชาติไทย
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
สำเนาหนังสือเดินทาง

จำนวน.....แผ่น

จำนวน.....แผ่น

จำนวน.....แผ่น

จำนวน.....แผ่น

- (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล

- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

จำนวน.....แผ่น

จำนวน.....แผ่น

จำนวน.....แผ่น

- บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณฑ์สนธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

จำนวน.....แผ่น

จำนวน.....แผ่น

จำนวน.....แผ่น

จำนวน.....แผ่น

จำนวน.....แผ่น

จำนวน.....แผ่น

□ ๔. อื่น ๆ (ถ้ามี)

-
-
-
-
-

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา
(.....)



บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒



- ๑. แคตตาล็อกและหรือแบบบัญญารายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน แผ่น
 - ๒. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอาการและบัญญารายการในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอุปกรณ์ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จำนวน แผ่น
 - ๓. หลักประกันการเสนอราคา จำนวน แผ่น
 - ๔. สรุประยุทธ์ประกอบการอิบायเอกสารตามที่ส่วนราชการกำหนดให้ส่งภายในหลังวันเสนอราคา เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ดังนี้
 - ๔.๑ จำนวน แผ่น
 - ๔.๒ จำนวน แผ่น
- ฯลฯ

๕. อื่น ๆ (ถ้ามี)

- ๕.๑
- ๕.๒
- ๕.๓
- ๕.๔

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมการเสนอราคานี้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกรตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้เสนอราคา
(.....)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาภัณฑ์
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการประกวดราคาก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
โรงพยาบาลตราด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓,๗๐๐.-บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ได้แก่

/ ๓.๑ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่พร้อมระบบบวติทัศน์ โรงพยาบาลตราด
ตำบลลังกระจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๑ ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๓๒๐,๐๐๐.-บาท (สิบล้านหนึ่งแสน
สองหมื่นบาทถ้วน) /

/ ๓.๒ เครื่องเจ็บห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอากาศ โรงพยาบาลตราด ตำบลลังกระจะ อำเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

/ ๓.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดซับซ้อน ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงาน
ของหัวใจและสัญญาณซีพ้อตโนมติวิเคราะห์แก๊ซระหว่างคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลตราด ตำบลลังกระจะ อำเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๖๗๕,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๕,๓๕๐,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) /

๓.๔ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณซีพ้อตโนมติวิเคราะห์แก๊ซระหว่างคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลตราด
ตำบลลังกระจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้าน
เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
รวม ๔ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๗๐๐.-บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยสืบหาจากห้องตลาด

/ ๔.๑ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่พร้อมระบบบวติทัศน์ โรงพยาบาลตราด
ตำบลลังกระจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๑ ชุด

/ บริษัท ดีเคเอสโซช (ประเทศไทย) จำกัด

/ บริษัท ปีเจซี เอลท์แคร์ จำกัด

/ บริษัท โกลินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด

/ ๔.๒ เครื่องเจ็บห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอากาศ โรงพยาบาลตราด ตำบลลังกระจะ อำเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๑ เครื่อง

/ บริษัท นิว ไลฟ์เมด จำกัด

/ บริษัท ชิลลิก พาร์มา จำกัด

/ บริษัท เอสเอ็มเคที (ประเทศไทย) จำกัด

/ ๔.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดซับซ้อน ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงาน
ของหัวใจและสัญญาณซีพ้อตโนมติวิเคราะห์แก๊ซระหว่างคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลตราด ตำบลลังกระจะ อำเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๒ เครื่อง

/ บริษัท เมดิทอป จำกัด

/ บริษัท เมด - วัน จำกัด

/ บริษัท เอช ดี เมดิคอล จำกัด

✓ ๕.๔ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง โรงพยาบาลตราช
ตำบลลังกระและ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๑ เครื่อง

- ✓ บริษัท ออริจินเนทอร์ จำกัด
- ✓ บริษัท โซวิค จำกัด
- ✓ บริษัท แซคเซส เอ้าชอร์ส ๒๐๓๓ จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องห้องและลำไส้ใหญ่พร้อมระบบบวติทัศน์ โรงพยาบาล
ตราด ตำบลลังกระและ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๑ ชุด

นางสาววรรณรัตน์ อรุณศิริสุข	ประธานกรรมการ
นางสาววนิดา พงษ์พาณิช	กรรมการ
นางจีรนุช ท่าพริก	กรรมการ

๕.๒ เครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยออกอน โรงพยาบาลตราช ตำบลลังกระและ อำเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๑ เครื่อง

นางสาววรรณรัตน์ อรุณศิริสุข	ประธานกรรมการ
นางสาวบุญล้อม ธนาชัยพูนทกุล	กรรมการ
นางเสาวนีย์ อาจหาญ	กรรมการ

๕.๓ เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงาน
ของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติเคราร์ทแก๊สระหัวงดมยาสลบ โรงพยาบาลตราช ตำบลลังกระและ อำเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๒ เครื่อง

นางสาวชนิดา อนุวัฒน์	ประธานกรรมการ
นางสาวนิตา กมลโภศล	กรรมการ
นางสาวพัชรา ศิริพันธ์	กรรมการ

๕.๔ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง โรงพยาบาล
ตราด ตำบลลังกระและ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๑ เครื่อง

นางสาวพิพัชร รัตนสุนทร	ประธานกรรมการ
นางสมหมาย แก้วมหา	กรรมการ
นางอารี วิจิตรรัมภานี	กรรมการ