

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการตกลงราคازื้อวัสดุแลป จำนวน ๒ รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลตราด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๐,๐๐๐.- บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

วัสดุแลป จำนวน ๒ รายการ ประกอบไปด้วย

๑. SYPHILIS (TPHA) ๕๐T/P จำนวน ๒๐๐ แพ็ค ราคาแพ็คละ ๙๐๐ บาท

๒. METHAMPHETAMINE ๕๐T/P จำนวน ๒๐๐ แพ็ค ราคาแพ็คละ ๗๐๐ บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายนในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ
ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๙๓/๕๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นายสมพร ใจรักษ์กลาง

๕.๒ นางสาวเตือนใจ คุ้มปลี

๕.๓ นางสาววิไลวรรณ พลประชุม

(ลงชื่อ) ประisanกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

**คุณลักษณะเฉพาะวัสดุแลป จำนวน ๒ รายการ
โรงพยาบาลตราราด**

**รายการที่ ๑ ชุดทดสอบหาแอนติบอดีต่อเชื้อซิฟิลิส แบบได้ผลเร็วนิดแบบทดสอบ
ONE STEP ANTI-SYPHILIS RAPID TEST STRIP**

๑. เป็นชุดทดสอบแบบ Rapid One Step อาศัยหลัก Chromatographic immunoassay สาหรับตรวจหา Anti-syphilis ในซีรัม/พลาสม่า

๒. บริเวณ Test Band ถูก Coat ด้วย purified recombinant syphilis antigens เพื่อให้มีความจำเพาะ (Specificity) สูง

๓. ชุดตรวจมีค่าความไว (sensitivity) ไม่น้อยกว่า ๙๙.๕% และความจำเพาะ (specificity) ไม่น้อยกว่า ๙๙.๕%

๔. มีเพียงขั้นตอนเดียว สะดวกในการทดสอบไม่ต้องมีขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างตรวจ และไม่อาศัยเครื่องมือใดๆ ช่วยในการแปลผล

๕. ใช้เวลาในการทดสอบ อ่านผลไม่เกิน ๓๐ นาที สามารถเห็นผลชัดเจนด้วยตาเปล่า

๖. มี Control Line ช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดทดสอบ

๗. แบบทดสอบมีอักษรย่อแสดงอย่างชัดเจนให้ทราบชนิดทดสอบ (Syphilis) แต่ละแบบทดสอบ บรรจุอยู่ในหนึ่งของลูมีเนี่ยนและมีสารคุณภาพชั้นอยู่ภายใต้แสงของรังสี UV ที่ทดสอบ รุ่นที่ผลิต วันหมดอายุ อุณหภูมิที่ใช้เก็บรักษา วิธีการทดสอบและแปลผล

๘. การอ่านผลง่ายและชัดเจนโดยผลบวกจะเห็นเป็นเส้น คุณชัดทั้ง ๒ เส้น ที่ตำแหน่งควบคุม (Control) และตำแหน่งทดสอบ (Test) ส่วนผลลบจะเห็นเป็นเส้นคุณชัดที่ตำแหน่งควบคุม (Control) เพียงเส้นเดียว

๙. มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ชุดทดสอบ/กล่อง สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิ ๒-๓๐ องศาเซลเซียส

๑๐. มีอายุการใช้งาน (Expired date) ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้า

๑๑. ผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕และ ISO ๙๐๐๑

รายการที่ ๒ ชุดทดสอบเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะแบบได้ผลเร็วนิดแบบทดสอบ (DIPSTICK METHAMPHETAMINE TEST)

๑. เป็นชุดทดสอบเชิงคุณภาพชนิดตรวจกรองแบบรวดเร็ว (Rapid One Step) อาศัยหลักอิมมูโนโคมาร์โคGRAฟฟิก (Immunochemical Assay) แบบ Competitive binding สำหรับตรวจหาเมทแอมเฟตามีนและ/หรือเมตามอไลท์ของ เมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ

๒. บริเวณ Test Band ถูก Coat ด้วย drug-conjugate เพื่อให้มีความจำเพาะ (Specificity) สูง


๓. สามารถตรวจสอบ methamphetamine ต่ำสุดในปัสสาวะไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ng/ml

๔. มีเพียงขั้นตอนเดียว สะดวกในการทดสอบไม่ต้องมีขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างตรวจ และไม่อาศัยเครื่องมือใดๆ ช่วยในการแปลผล

๕. มีความไว...

๕. มีความไว (Sensitivity) ไม่น้อยกว่า ๙๙.๕% มีความจำเพาะ (Specificity) ไม่น้อยกว่า ๙๙.๕%
๖. ใช้เวลาในการทดสอบไม่เกิน ๕ นาที สามารถเห็นผลชัดเจนด้วยตาเปล่า
๗. มี Control Line ช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดทดสอบ
๘. แบบทดสอบมีอักษรย่อแสดงอย่างชัดเจนให้ทราบชนิดทดสอบ (Meth) แต่ละแบบทดสอบบรรจุอยู่ในหนึ่งของถุงมีน้ำยาและมีสารตัดความชื้นอยู่ภายในทุกช่อง บนของระบุชื่อการทดสอบ รุ่นที่ผลิต วันหมดอายุ อุณหภูมิที่ใช้เก็บรักษา วิธีการทดสอบและแพล็ปผล
๙. การอ่านผลง่ายและชัดเจนโดยผลลบจะเห็นเป็นเส้นค่าหักหั่ง ๒ เส้น ที่ตำแหน่งควบคุม (Control) และตำแหน่งทดสอบ (Test) ส่วนผลบวกจะเห็นเป็นเส้นค่าหักหั่งที่ตำแหน่งควบคุม (Control) เพียงเส้นเดียว
๑๐. มีขนาดบรรจุไม่มากกว่า ๕๐ ชุดทดสอบ/กล่อง สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิ ๒-๓๐ องศาเซลเซียส
๑๑. มีอายุการใช้งาน (Expired date) ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบของ
๑๒. ผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕ และ ISO ๙๐๐๑


คณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมพร Jarvisklak)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวเตือนใจ คุ้มปลี)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาววีไลวรรณ พลประชุม)

(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรต

(นายธีรพงษ์ ตุนาก)