

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ค้ำจับมือถือสลายต่อกระจกแบบเข็มสลายต่อเคลื่อนที่ในแนวซ้ายขวา

๑. ความต้องการ

ค้ำจับมือถือสลายต่อกระจกแบบเข็มสลายต่อเคลื่อนที่ในแนว ซ้าย - ขวา

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเครื่องมือใช้สำหรับทำผ่าตัดตาต่อกระจก

๓. รายละเอียดทางเทคนิค

๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะ

๓.๑.๑ เป็นค้ำจับมือถือทำด้วย TITANIUM ใช้ประกอบเครื่องผ่าตัดต่อกระจกด้วยความถี่สูง Infiniti

๓.๑.๒ ใช้ความถี่ ๓๒๐๐๐Hz เมื่อสลายต่อกระจกแบบเข็มสลายต่อเคลื่อนที่ซ้าย - ขวา

๓.๑.๓ สายต่อของ HANDPIECE สามารถใช้ต่อกับเครื่องสลายต่อกระจก รุ่น INFINITI

๓.๑.๔ ค้ำจับ HANDPIECE สามารถต่อเข้ากับสาย IRRIGATION (สายน้ำเข้า) และสาย ASPIRATION (สายน้ำดูด) ได้พอดี

๓.๑.๕ สามารถนำมานึ่งฆ่าเชื้อได้ (AUTOCLAVABLE)

๓.๒ อุปกรณ์ประกอบการใช้งานแต่ละชุด ประกอบด้วย

๓.๒.๑ INFINITI OZIL HANDPIECE	๑ ชิ้น
๓.๒.๒ INTREPID I/A TIP, STRAIGHT	๒ ชิ้น
๓.๒.๓ UL TRARLOW II I/A HANDPIECE	๑ ชิ้น
๓.๒.๔ STERILIZATION TRAY	๑ ชิ้น
๓.๒.๕ INF ๑.๑ MIS PART KIT ๘๐๖๕๗๕๐๑๖๐	๑๒ ชิ้น
๓.๒.๖ FLARED STAND ABS TIP	๑๒ ชิ้น
๓.๒.๗ TIP WRENCH STAINLESS	๒ ชิ้น

๔. เงื่อนไขเฉพาะ


๔.๑ เป็นเครื่องมือใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน


๔.๒ รับประกันอย่างน้อย ๖ เดือน นับแต่วันที่รับมอบสินค้า


๔.๓ มีบริการหลังการขาย และรับรองอะไหล่ นับแต่วันที่รับมอบสินค้า


๔.๔ อุปกรณ์ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น CE Mark และ ISO ๑๓๔๘๕

๔.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในทวีปยุโรป อเมริกา หรือประเทศไทย หากเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายทิตติชิต สุนทรจิระกาล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางวันทนา อิมโกชน์)


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางจุฑารัตน์ วณะบดินิมิต)

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด
(...นายเกษตรวุฒิ...อชิเวสส์...)


รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาล่าสุด (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการจัดซื้อ ด้ามจับมือถือสลายต่อกระจกแบบเข็มสลายต่อเคลื่อนที่ในแนว ซ้าย - ขวา
จำนวน ๑ ชุด / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลตราด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคาล่าสุด (ราคาอ้างอิง) วันที่ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ชื่อ ด้ามจับมือถือสลายต่อกระจกแบบเข็มสลายต่อเคลื่อนที่ในแนว ซ้าย - ขวา จำนวน ๑ ชุด
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยสืบราคาจากท้องตลาด
 - ๔.๑ บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
 - ๔.๒ บริษัท แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นายทิตติ สุนทรจิรกาล ประธานกรรมการ
 - ๕.๒ นางวัฒนา อิมโกชน์ กรรมการ
 - ๕.๓ นางจุฑารัตน์ วนะบดีนิมิต กรรมการ

(ลงชื่อ)..... ..... ประธานกรรมการ

ทราบ

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ



(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ

(นายเกตุวดี อธิวาสส์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด