

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ تكلงราคากลาง ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
 ๑. เตียงเพาเวอร์เลอร์สแตนเลส ๒ ไก จำนวน ๓ เตียง
 ๒. เตียงผู้ป่วยเด็กสแตนเลส จำนวน ๗ เตียง
 ๓. เตียงผู้ป่วยเด็กสแตนเลสเพาเวอร์ ๒ ไก ชนิดมีลูกกรง จำนวน ๒ เตียง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลตราด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังนี้
 ๑. เตียงเพาเวอร์เลอร์สแตนเลส ๒ ไก จำนวน ๓ เตียง ได้รับจัดสรร ๔๔,๐๐๐.-บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
 ๒. เตียงผู้ป่วยเด็กสแตนเลส จำนวน ๗ เตียง ได้รับจัดสรร ๑๗๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 ๓. เตียงผู้ป่วยเด็กสแตนเลสเพาเวอร์ ๒ ไก ชนิดมีลูกกรง จำนวน ๒ เตียง ได้รับจัดสรร ๗๓,๐๐๐.-บาท (เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)รวม ๓ รายการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓๗๒,๐๐๐.-บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ - ๗ ส.ค. ๒๕๖๐
 ๑. เตียงเพาเวอร์เลอร์สแตนเลส ๒ ไก จำนวน ๓ เตียง ราคาเตียงละ ๒๔,๐๐๐.-บาท เป็นเงินรวม ๗๔,๐๐๐.-บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
 ๒. เตียงผู้ป่วยเด็กสแตนเลส จำนวน ๗ เตียง ราคาเตียงละ ๒๕,๐๐๐.-บาท เป็นเงินรวม ๑๗๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 ๓. เตียงผู้ป่วยเด็กสแตนเลสเพาเวอร์ ๒ ไก ชนิดมีลูกกรง จำนวน ๒ เตียง ราคาเตียงละ ๓๖,๕๐๐.-บาท เป็นเงินรวม ๗๓,๐๐๐.-บาท (เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
โดยสืบราคาจากท้องตลาด ดังนี้
 ๑. บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำกัด
 ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์ ออสพิทอล ชัพพลายเออร์
 ๓. บริษัท เอ มิวซ์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นางดวงใจ ลิมปณัลวัสส์ ประธานกรรมการ
 ๒. นางมาลี อนันต์นาวินสูรณ์ กรรมการ
 ๓. นางสาวอัญชลี วุฒิสันต์ กรรมการ

(ลงชื่อ) *คง คง*
(ลงชื่อ) *คง คง*
(ลงชื่อ) *คง คง*

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
โรงพยาบาลตราด

๑. เตียงเฟาร์เลอร์สแตนเลส ๒ ไก จำนวน ๓ เตียง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ โครงสร้างและพื้นเตียงทำด้วยสแตนเลส

๑.๒ ขนาดประมาณ ๘๐x๒๐๐x๖๐ ซม.

๑.๓ มีล้อ ๔ ล้อ มีที่ห้ามล้ออย่างน้อย ๒ ล้อ

๑.๔ เป็นเตียงเฟาร์เลอร์ ๒ ไก ปรับหัวเตียง ๑ ไก ท้ายเตียง ๑ ไก มือหมุนสามารถถอดเปลี่ยนอะไหล่ได้

๑.๕ พื้นท้ายเตียงปรับยกได้ และมีตัวค้ำทึบ ๒ ด้าน

๑.๖ มีพนักเตียงแบบหีบ ทึบ ๒ ด้าน

๑.๗ มีราวกันน้ำป้องกันผู้ป่วยหลัดตกทึบ ๒ ด้าน

๑.๘ มีเสาน้ำเกลืออย่างน้อย ๑ ตัน

๑.๙ มีที่นอนฟองน้ำหุ้มหนังเทียมหนาอย่างน้อย ๓ นิ้ว ๑ ที่

๑.๑๐ มีหมอนฟองน้ำหุ้มหนังเทียม ๑ ใบ

๑.๑๑ รับประทานคุณภาพอย่างน้อย ๒ ปี

๒. เตียงผู้ป่วยเด็กสแตนเลส จำนวน ๗ เตียง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ โครงสร้างและพื้นเตียงทำด้วยสแตนเลส

๑.๒ ขนาดประมาณ ๗๕x๑๓๐x๗๕ ซม.

๑.๓ มีล้อ ๔ ล้อ มีที่ห้ามล้ออย่างน้อย ๒ ล้อ

๑.๔ พนักเตียงเป็นชิ้นๆลูกกรง ทรงสูงทึบ ๒ ด้าน

๑.๕ มีราวกันน้ำป้องกันผู้ป่วยแบบสไลด์ขึ้นลง ๒ ด้าน ที่ล็อก

๑.๖ มีเสาน้ำเกลืออย่างน้อย ๑ ตัน

๑.๗ มีที่นอนฟองน้ำหุ้มหนังเทียมหนาอย่างน้อย ๓ นิ้ว ๑ ที่

๑.๘ มีหมอนฟองน้ำหุ้มหนังเทียม ๑ ใบ

๑.๙ รับประทานคุณภาพอย่างน้อย ๒ ปี

๓. เตียงผู้ป่วยเด็กสแตนเลสเฟาร์เลอร์ ๒ ไก ชนิดมีลูกกรง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ โครงสร้างและพื้นเตียงทำด้วยสแตนเลส

๑.๒ ขนาดประมาณ ๗๕x๑๓๐x๗๕ ซม.

๑.๓ เป็นเตียงเฟาร์เลอร์ ๒ ไก ปรับหัวเตียง ๑ ไก ท้ายเตียง ๑ ไก มือหมุนสามารถถอดเปลี่ยนอะไหล่ได้

๑.๔ มีล้อ ๔ ล้อ มีที่ห้ามล้ออย่างน้อย ๒ ล้อ

๑.๕ พนักเตียงเป็นชิ้นๆลูกกรง ทรงสูงทึบ ๒ ด้าน

๑.๖ มีราวกันน้ำป้องกันผู้ป่วยแบบสไลด์ขึ้นลง ๒ ด้าน และมีที่ล็อก

๑.๗ มีเสาน้ำเกลือ...

- ๑.๗ มีสถานที่เกลืออย่างน้อย ๑ ตัน
๑.๘ มีที่นอนฟองน้ำหุ้มหนังเทียมหนาอย่างน้อย ๓ นิ้ว ๑ ที่
๑.๙ มีหมอนฟองน้ำหุ้มหนังเทียม ๑ ใบ
๑.๑๐ รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๒ ปี

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางดวงใจ สิมปะวัสด์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางมาลี อนันต์นารีเนื้อรณ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวอัญชลี วุฒิสันต์)

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด
(นายธีรพงศ์ ตุนาก)