

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ تكلงราคากลางที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลตระด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
ราคาเครื่องละ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่..... - ๘ พ.ค. ๒๕๖๐  
เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
เป็นราคากลางที่สืบจากท้องตลาด ดังนี้
  ๑. บริษัท ยอลลีวูด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  ๒. บริษัท เอสพีเค เพลนต์ สตาร์ จำกัด
  ๓. บริษัท อาฟต้า เชอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  ๑. นายพิชิต สุนทรจิรกล ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....
  ๒. นางจุฑารัตน์ วนبدีนิมิต กรรมการ (ลงชื่อ).....
  ๓. นางสาวชลธิชา ใจชื่น กรรมการ (ลงชื่อ).....

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องวัดความดันลูกตาชนิดเป่าลม  
โรงพยาบาลตราราด

**๑. วัตถุประสงค์**

เป็นเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดไม่สัมผัสลูกตา โดยใช้ลมเป่า

**๒. คุณลักษณะโดยทั่วไป**

ใช้ไฟฟ้า AC ๒๕๐V ๕๐/๖๐ Hz

**๓. คุณลักษณะทางเทคนิค**

๓.๑ สามารถทำการวัดค่าความดันลูกตาได้ไม่น้อยกว่า ๐-๖๐ มิลลิเมตรปรอท หรือไม่น้อยกว่า ๐-๘๐ hPa

๓.๒ มีหน่วยการวัดค่าความดันลูกตาเป็น mmHg/hPa

๓.๓ มี Thermal Printer ติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่อง

๓.๔ ตัวเครื่องส่วนที่เคลื่อนที่ได้ ชิ้น-ลง ได้ไม่น้อยกว่า ๔๕ มม. , ขวา-ซ้ายไม่น้อยกว่า ๘๘ มม., หน้า-หลัง ไม่น้อยกว่า ๔๐ มม.

๓.๕ ที่รองคงคลื่อนที่ได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ มม.

๓.๖ ส่งข้อมูลออกโดยใช้ RS-๒๓๒C

๓.๗ จะแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๕.๗ นิ้ว ชนิด Color liquid crystal display

๓.๘ เครื่องมีขนาดไม่เกินกว่า กว้าง ๓๐๖ x ยาว ๔๙๓ x สูง ๒๖๓ มม.

๓.๙ มีการ Alignment แบบสัมผัสหน้าจอ

๓.๑๐ ช่วงการเคลื่อนที่ในแนวตั้งของหัววัด (Vertical Stroke of measuring) ไม่น้อยกว่า ๔๕ มม.

๓.๑๑ มีระบบ touch sensor ในการหยุดหัววัดทันทีที่สัมผัสลูกผู้ป่วย

๓.๑๒ มีระบบ Digital limiter เพื่อป้องกันหัววัดเคลื่อนที่ใกล้ตัวของผู้ป่วย

๓.๑๓ มีระบบควบคุมแรงดันอากาศให้สม่ำเสมอ

๓.๑๔ สามารถใส่ค่า central corneal thickness เพื่อคำนวณหาค่า Corrected intraocular pressure ได้

**๔. คุณลักษณะของตัวไฟฟ้า**

๔.๑ เป็นตัวไฟฟ้าระดับเกรดทางการแพทย์ (Medical Grade) ใช้สำหรับงานเครื่องมือแพทย์ มีความปลอดภัยและมีเสียงการทำงานต่ำเหมือนสำหรับงานเครื่องมือแพทย์

๔.๒ ใช้ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า AC ๑๐๐-๒๕๐V ๕๐/๖๐ Hz

๔.๓ ฐานมีลักษณะเป็น H-Shape

๔.๔ สามารถนำคนไข้เข้าสัมผัสรถเข็นที่มีความกว้างด้านนอกของล้อไม่มากกว่า ๔๕๐ มม. เข้ารับการตรวจได้

๔.๕ สามารถปรับระดับต่ำสุดได้ไม่น้อยกว่า ๕๓๐ มม. ไม่รวมพื้นโต๊ะ

๔.๖ สามารถปรับระดับสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ มม.

๔.๗ รับน้ำหนักได้ไม่มากกว่า ๙๐ kg.


๔.๘ ฐานโต๊ะมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๔๐ มม. ลึกไม่น้อยกว่า ๖๕๐ มม.


๕. เงื่อนไขอื่น

- ๕.๑ รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา ๒ ปี  
๕.๒ มีเอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่าย

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ) .....  ประธานกรรมการ  
(นายพิชิต สุนทรจิรากาน)

(ลงชื่อ) .....  กรรมการ  
(นางจุฑารัตน์ วนบดีนิมิต)

(ลงชื่อ) .....  กรรมการ  
(นางสาวชลธิชา ใจซื่น)

(ลงชื่อ) ..... (นายธีรพงศ์ ตนาค) ..... ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด  
(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด)