

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ประมวลราคาซื้อ เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลตราด ตำบล วังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๓ เครื่อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลตราด

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๑,๐๐๐.-บาท

๒. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๘,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบหาจากท้องตลาด

๓.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิแคร์ ซัพพลาย

๓.๒ บริษัท รีแอส เมดิคอล จำกัด

๓.๓ บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อีควิปเมนท์ จำกัด

๔. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


๔.๑ นางสาวสรานี ศรีณรงค์ฤทธิ์ ประธานกรรมการ

๔.๒ นายกฤษฎา นันทสินธ์ กรรมการ


๔.๓ นางสาวสุจิตรา พิกุลทอง กรรมการ



.....ประธานกรรมการ



.....กรรมการ



.....กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องฝีกยีนพร้อมเตียงไฟฟ้า
โรงพยาบาลตราด

๑. ความต้องการ

เครื่องฝีกยีนพร้อมเตียงไฟฟ้า

๒. วัตถุประสงค์ในการให้การรักษา

ใช้สำหรับปรับระดับเตียง เพื่อฝีกยีนลงน้ำหนัก

๓. คุณสมบัติเฉพาะ

- ๓.๑ โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กเคลือบ มีความแข็งแรงทนทาน
- ๓.๒ พื้นเตียงนอน และแผ่นรองยีนบุพองน้ำ หุ้มด้วยหนัง โดยแผ่นรองยีนสามารถถอดออกได้
- ๓.๓ ปรับระดับได้ ๐ - ๙๐ องศา โดยมอเตอร์ไฟฟ้า
- ๓.๔ มีล้อสำหรับเคลื่อนที่ได้สะดวก และมีที่ล็อคล้อให้อยู่กับที่เพื่อความปลอดภัย

๔. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | | |
|--------------------------------|------------------|--------|
| ๔.๑ สายรัดอก เอว สะโพก และเข่า | จำนวนไม่น้อยกว่า | ๓ ชิ้น |
| ๔.๒ รีโมทไฟฟ้าสำหรับปรับระดับ | จำนวน | ๑ อัน |

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เคยถูกสาธิตการใช้งานมาก่อน
- ๕.๒ มีหนังสือรับประกันอย่างน้อย ๒ ปี ภายในระยะเวลารับประกันและเมื่อเครื่องมีปัญหาในระยะเวลารับประกันทางบริษัทยินดีซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์โดยไม่คิดมูลค่า มาแสดงในวันที่เปิดของ
- ๕.๓ บริษัทฯ ผู้จำหน่ายมีเอกสารยืนยันการสำรองอะไหล่หรือมีอะไหล่ของแท้พร้อมที่จะสนองความต้องการของโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๕.๔ ผลิตภัณฑ์ต้องได้คุณภาพ ตามมาตรฐานตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ มีหลักฐานแสดง

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสราสินี ศรีณรงค์ฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....
(นายกฤษฎา นันทสินธ์)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุจิตรา พิกุลทอง)

(ลงชื่อ).....
(นายธีรพงศ์ ตุนาค)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด