

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อ หม้อต้มแผ่นความร้อน โรงพยาบาลตราด ตำบล วังกระแจะ อำเภอเมือง
ตราด จังหวัดตราด ๓ หม้อ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลตราด

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๑,๐๐๐.-บาท

๒. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

หม้อต้มแผ่นความร้อน โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๓ หม้อ
ราคาเครื่องละ ๙๗,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๑,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบหาจากท้องตลาด

๓.๑ บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จำกัด

๓.๒ บริษัท รีแฮบ เมดิคอล จำกัด

๓.๓ บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อีควิปเมนท์ จำกัด

๔. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ นางสาวสรานี ศรีณรงค์ฤทธิ์ ประธานกรรมการ

๔.๒ นายกฤษฎา นันทสินธ์ กรรมการ

๔.๓ นางสาวสุจิตรา พิกุลทอง กรรมการ

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หม้อต้มแผ่นความร้อน
โรงพยาบาลตราด

.....

๑. ความต้องการ

หม้อต้มแผ่นความร้อน

๒. วัตถุประสงค์ในการให้การรักษา

ใช้ต้มแผ่นความร้อนสำหรับรักษาทางกายภาพบำบัด

๓. คุณสมบัติเฉพาะ

- ๓.๑ ระบบทำความร้อนไม่สัมผัสกับน้ำ เพื่อความปลอดภัย
- ๓.๒ ตัวถังทำจากสแตนเลสอย่างดี มีฉนวนกันความร้อน และมีฝาเปิด-ปิด
- ๓.๓ มีสวิตช์เปิด-ปิด พร้อมหน้าจอแสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลขดิจิทัล
- ๓.๔ มีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ สามารถปรับอุณหภูมิได้ระหว่าง ๓๐-๙๐ องศา

เซลเซียส

- ๓.๕ ภายในมีตะแกรงสแตนเลสที่สามารถยกถอดได้ โดยแบ่งเป็นช่องสำหรับวางแผ่นให้ความร้อน
- ๓.๖ มีราวจับด้านข้างตัวถัง และมีล้อเข็นสำหรับเคลื่อนย้าย พร้อมทั้งล้อคล้อสำหรับหยุดอยู่กับที่
- ๓.๗ มีทางระบายน้ำออก
- ๓.๘ ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย

๔. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๔.๑ ตะแกรงสแตนเลส	จำนวน	๗	ปอนด์
๔.๒ ตะขอเกี่ยวแผ่นประคบร้อน	จำนวนไม่น้อยกว่า	๑	ชุด
๔.๓ แผ่นประคบร้อนขนาดมาตรฐาน (Standard size)	จำนวนไม่น้อยกว่า	๘	แผ่น
๔.๔ แผ่นประคบร้อนสำหรับคอ (Neck size)	จำนวนไม่น้อยกว่า	๒	แผ่น
๔.๕ แผ่นประคบร้อนสำหรับหลัง (Over size)	จำนวนไม่น้อยกว่า	๒	แผ่น
๔.๖ คู่มือการใช้งาน	จำนวน	๑	ปอนด์

๕. เงื่อนไขเฉพาะ


๕.๑ เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เคยถูกสาธิตการใช้งานมาก่อน


๕.๒ รับประกันอย่างน้อย ๒ ปี ภายในระยะเวลาประกันและเมื่อเครื่องมีปัญหาในระยะเวลาประกันทางบริษัทยินดีซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์โดยไม่คิดมูลค่า


๕.๓ บริษัทผู้จำหน่ายมีเอกสารยืนยันการสำรองอะไหล่หรือมีอะไหล่ของแท้พร้อมที่จะสนองความต้องการของโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า ๕ ปี


๕.๔ ผลิตภัณฑ์ต้องได้คุณภาพ ตามมาตรฐานตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ มีหลักฐานแสดง

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวสราสินี ศรีณรงค์ฤทธิ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายกฤษฎา นันทสินธ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวสุจิตรา พิกุลทอง)

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด
(นายธีรพงศ์ ตุนาค)
(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด)