

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
- |   |               |
|---|---------------|
| ๑. เตียงล้างแผล ขนาด ๗๐x๑๘๕x๘๐ ซม.                        | จำนวน ๑ เตียง |
| ๒. รถเข็นเปลหามผู้ป่วย ขนาด ๕๖x๑๘๐x๗๕ ซม. ทำด้วยแอสตันเลส | จำนวน ๕ คัน   |
| ๓. รถเข็นนั่งผู้ป่วยแบบพับได้ทำด้วยแอสตันเลส              | จำนวน ๕ คัน   |
| ๔. รถเข็นนั่งผู้ป่วยแบบพับไม่ได้ทำด้วยแอสตันเลส           | จำนวน ๕ คัน   |
- /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลตราด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังนี้
๑. เตียงล้างแผล ขนาด ๗๐x๑๘๕x๘๐ ซม. จำนวน ๑ เตียง ได้รับจัดสรร ๔๕,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๒. รถเข็นเปลหามผู้ป่วย ขนาด ๕๖x๑๘๐x๗๕ ซม. ทำด้วยแอสตันเลส จำนวน ๕ คัน ได้รับจัดสรร ๔๕,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. รถเข็นนั่งผู้ป่วยแบบพับได้ทำด้วยแอสตันเลส จำนวน ๕ คัน ได้รับจัดสรร ๓๗,๕๐๐.-บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. รถเข็นนั่งผู้ป่วยแบบพับไม่ได้ทำด้วยแอสตันเลส จำนวน ๕ คัน ได้รับจัดสรร ๔๒,๕๐๐.-บาท (สี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- รวม ๔ รายการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 16 มิ.ย. 2560..
๑. เตียงล้างแผล ขนาด ๗๐x๑๘๕x๘๐ ซม. จำนวน ๑ เตียง ราคาเตียงละ ๔๕,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๒. รถเข็นเปลหามผู้ป่วย ขนาด ๕๖x๑๘๐x๗๕ ซม. ทำด้วยแอสตันเลส จำนวน ๕ คัน ราคาคันละ ๑๙,๐๐๐.-บาท เป็นเงินรวม ๙๕,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. รถเข็นนั่งผู้ป่วยแบบพับได้ทำด้วยแอสตันเลส จำนวน ๕ คัน ราคาคันละ ๗,๕๐๐.-บาท เป็นเงินรวม ๓๗,๕๐๐.-บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. รถเข็นนั่งผู้ป่วยแบบพับไม่ได้ทำด้วยแอสตันเลส จำนวน ๕ คัน ราคาคันละ ๘,๕๐๐.-บาท เป็นเงินรวม ๔๒,๕๐๐.-บาท (สี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
โดยสืบราคาจากท้องตลาด ดังนี้
๑. บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำกัด
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์ ฮอสพิทอล ซัพพลายเออร์
๓. บริษัท เอ มิวซ์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- |                          |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|
| ๑. นางอันธิกา กระจะวานิช | ประธานกรรมการ | (ลงชื่อ)..... |
| ๒. นางปราณีต อนันต์      | กรรมการ       | (ลงชื่อ)..... |
| ๓. นางสุมาลี ปาละรัตน์   | กรรมการ       | (ลงชื่อ)..... |

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
เตียงล่างแฝด ขนาด ๗๐x๑๘๕x๘๐ เซนติเมตร  
โรงพยาบาลตราด

๑. ความต้องการ

ใช้เป็นเตียงสำหรับล่างแฝดผู้ป่วย

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ขนาดเตียงกว้าง ๗๐ เซนติเมตร ยาว ๑๘๕ เซนติเมตร สูง ๘๐ เซนติเมตร

๒.๒ พื้นเตียงใช้พื้นตะแกรง ๓ แผ่น ทำด้วยพลาสติกความหนา ๕/๑๖ นิ้ว และขนาด ๓/๘ นิ้ว สามารถให้น้ำยาผ่านเข้าถึงได้

๒.๓ ตัวรับน้ำยาทำด้วยแผ่นพลาสติกความหนา ๑.๒ มิลลิเมตร

๒.๔ คานเตียงทำด้วยแผ่นพลาสติกความหนา ๑.๕ มิลลิเมตร

๒.๕ ขาเตียงทำด้วยท่อพลาสติกกลม ขนาด ๓.๒ เซนติเมตร และขนาด ๒.๕ เซนติเมตร หนา ๑.๒ มิลลิเมตร

๒.๖ มีเสาน้ำเกลือ ๑ ต้น พร้อมที่เสียบเส้า ๒ มุม และราวกันเตียงทำด้วยพลาสติก ๑ คู่

๒.๗ ถังรองน้ำอยู่ด้านใต้เตียง ทำด้วยแผ่นพลาสติก และใส่ล้อเลื่อน ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ

๒.๘ ทำด้วยพลาสติกทั้งหมด

๒.๙ ตัวเตียงใส่ล้อขนาด ๕ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ มีห้ามล้อ ๒ ล้อ

๒.๑๐ พร้อมที่นอนหุ้มผ้าหนังเทียมขนาด ๗.๕ เซนติเมตร

๓. อุปกรณ์

๓.๑ ชั้นขึ้นเตียง ๑ ชั้น ทำด้วยพลาสติก

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ สิ้นค้ารับประกัน ๒ ปี

๔.๒ มีบริการติดตั้งและซ่อมแซมโดยไม่คิดมูลค่าในระยะประกัน

๔.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางอันธิกา กระจรวานิข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางปราณีต อนันต์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสุมาลี ปาละรัตน์)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด  
(นายธีรพงศ์ ตุนาค)



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
รถเข็นเปลหามผู้ป่วย ขนาด ๕๖x๑๘๐x๗๕ เซนติเมตร ทำด้วยสแตนเลส  
โรงพยาบาลตราด

.....

**๑. ความต้องการ**

ใช้เป็นรถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

**๒. คุณลักษณะเฉพาะ**

๒.๑ เป็นรถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

๒.๒ เปลนอนมีขนาดกว้าง ๕๖ เซนติเมตร ยาว ๑๘๐ เซนติเมตร

๒.๓ เปลนอนแบ่งเป็น ๒ ตอน สามารถยกปรับพื้นที่โดยมีที่บังคับพื้นเปลทำด้วยแผ่นสแตนเลส ความหนา ๑ มิลลิเมตร พับขึ้นรูปเป็นตัว U เพื่อความมั่นคงแข็งแรง พร้อมกับปัมร่องเป็นลักษณะฟันปลา จำนวน ๔ ร่อง เพื่อปรับระดับศีรษะได้ ๔ ระดับ และมีตัวบังคับในการปรับระดับด้านศีรษะให้อยู่ในตำแหน่งและไม่เลยระดับที่ต้องการโดยตัวบังคับนี้ทำด้วยสแตนเลสแบน ความหนา ๑/๒ นิ้ว และความหนา ๑/๘ นิ้ว พับขึ้นรูปโดยไม่มีรอยเชื่อมแต่อย่างใด ข้อต่อที่ใช้ยึดตัวเปลทั้ง ๒ ส่วน (ส่วนศีรษะและส่วนท้าย) ทำด้วยแผ่นสแตนเลสขนาด ๓/๔ นิ้ว ความหนา ๑/๘ นิ้ว จำนวน ๒ ชิ้น นำมาเชื่อมติดกัน พื้นเปลทำด้วยแผ่นสแตนเลสความหนา ๑ มิลลิเมตร และท่อนสแตนเลสกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้ว ความหนา ๑.๒ มิลลิเมตร

๒.๔ โครงรถเข็นเปลทำด้วยท่อกลมสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้วครึ่ง หนา ๑.๒ มิลลิเมตร และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้ว หนา ๑.๒ มิลลิเมตร ขนาดกว้าง ๕๙ เซนติเมตร x ๑๓๐ เซนติเมตร สูงทั้งหมด ๘๐ เซนติเมตร ความสูงรวมล้อและที่นอน

๒.๕ ใส่ล้ออย่างง่าย ขนาด ๖ นิ้ว ชนิดแบนหมุนรอบตัวมีเบรก ๒ ล้อ เป็นล้อดราม้าขาวแท้ หรือ ดีกว่า และล้อขนาด ๒๔ นิ้ว สำหรับวิ่งทางตรง ๒ ล้อ เพื่อสะดวกในการใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

๒.๖ อุปกรณ์รถเข็นประกอบด้วย

๒.๖.๑ เสาแขวนน้ำเกลือ ๒ ขอ สามารถพับเก็บได้ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งไว้ด้านข้างรถเข็น มีภาควางของด้านใต้รถเข็น ทำด้วยแผ่นสแตนเลสความหนา ๐.๘ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ใบ ขนาด ๕๐ เซนติเมตร

๒.๖.๒ มีที่วางท่อออกซิเจนขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ที่ ติดตั้งไว้ใต้เปลนอน ทำด้วยแป๊บ สแตนเลส ขนาด ๑ นิ้ว และเพลาสแตนเลส ขนาด ๑/๔ นิ้ว และแบนสแตนเลสขนาด ๕/๘ นิ้ว พร้อมตัวล็อกท่อ ออกซิเจน

๒.๖.๓ มีราวกันป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยตก เป็นราวกันลูกกรงแบบสไลด์ขึ้น-ลง ลูกกรงมีช่องห่าง ระยะประมาณ ๑๕ เซนติเมตร ทำด้วยท่อสแตนเลสกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓/๘ นิ้ว และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓/๔ นิ้ว ขนาดราวกันกว้าง ๔๕ เซนติเมตร ยาว ๑๐๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ คู่

๒.๖.๔ มีที่นอนฟองน้ำอัดขนาดเหมาะกับพื้นเปลนอน ความหนา ๒ นิ้ว หุ้มผ้าหนังเทียม จำนวน ๑ ที่

๓. เงื่อนไขเฉพาะ...

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๓.๑ สิ้นค้ารับประกัน ๒ ปี

๓.๒ มีบริการติดตั้งและซ่อมแซมโดยไม่คิดมูลค่าในระยะประกัน

๓.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย

.....  
คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางอันทิกา คระรวานิช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปราณีต อนันต์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุมาลี ปาละรัตน์)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

(นายธีรพงศ์ ตุนาค)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
รถเข็นนั่งผู้ป่วยแบบพับได้ทำด้วยสแตนเลส  
โรงพยาบาลตราด

๑. ความต้องการ

ใช้เป็นรถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และพับเก็บได้

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ เป็นรถเข็นให้ผู้ป่วยนั่งแบบพับได้
- ๒.๒ โครงทำด้วยท่อกลม ขนาด ๒.๒ มิลลิเมตร หนา ๑ มิลลิเมตร
- ๒.๓ เบาะนั่งและเบาะพิง ทำด้วยผ้าหนังเทียมอย่างดี
- ๒.๔ ท้าวแขนทำด้วยฟองน้ำหุ้มผ้าหนังเทียม หรือ PU
- ๒.๕ มีเสาน้ำเกลือ ๑ ต้น ปรับสูง-ต่ำได้
- ๒.๖ ใสล้อขนาด ๕ นิ้ว จำนวน ๒ ล้อ และขนาด ๒๔ นิ้ว จำนวน ๒ ล้อ
- ๒.๗ มีที่ห้ามล้อด้วยมือ จำนวน ๑ คู่

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๓.๑ สิ้นค้ารับประกัน ๒ ปี
- ๓.๒ มีบริการติดตั้งและซ่อมแซมโดยไม่คิดมูลค่าในระยะประกัน
- ๓.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางอันธิกา คระรวานิช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางปราณีต อนันต์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสุมาลี ปาละรัตน์)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด  
(นายธีรพงศ์ ตุนาค)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
รถเข็นนั่งผู้ป่วยแบบพับไม่ได้ทำด้วยสแตนเลส  
โรงพยาบาลตราด

๑. ความต้องการ

ใช้เป็นรถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ เป็นรถเข็นให้ผู้ป่วยนั่งแบบพับไม่ได้

๒.๒ โครงทำด้วยท่อกลม ขนาด ๒.๒ มิลลิเมตร (๗/๘ นิ้ว) หนา ๑ มิลลิเมตร

๒.๓ พื้นนั่ง , ที่พิงและเท้าแขน ทำด้วยแผ่นสแตนเลสหนา ๑ มิลลิเมตร

๒.๔ ขนาดที่นั่ง ๑๘ x ๑๘ นิ้ว ขนาดที่พิง ๑๗ นิ้วครึ่ง x ๒๐ นิ้ว

๒.๕ ใส่ล้อขนาด ๕ นิ้ว จำนวน ๒ ล้อ และขนาด ๒๔ นิ้ว จำนวน ๒ ล้อ พร้อมทั้งห้ามล้อด้วยมือ ๑ คู่

๒.๖ มีเบาะนั่งและเบาะพิง หุ้มด้วยผ้าหนังเทียม จำนวน ๒ แผ่น

๒.๗ มีเสาน้ำเกลือปรับสูง-ต่ำได้ จำนวน ๑ ต้น

๒.๘ ทำด้วยสแตนเลสทั้งหมด

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๓.๑ สิ้นค้ารับประกัน ๒ ปี

๓.๒ มีบริการติดตั้งและซ่อมแซมโดยไม่คิดมูลค่าในระยะประกัน

๓.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางอันธิกา กระจรวานิช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางปราณีต อนันต์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสุมาลี ปาละรัตน์)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด  
(นายธีรพงศ์ ตุนาค)