

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ตกลงราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๕ รายการ ได้แก่

- | | |
|---|----------------------|
| ๑. ข้อต่อด้ามกรอฟันชนิด ๔ รู (Joint CH-QDS) | จำนวน ๔ อัน |
| ๒. Airoter Handpiece (ชนิด ๔ รู) | จำนวน ๑๐ ตัว |
| ๓. Straight handpiece | จำนวน ๑๕ ตัว |
| ๔. Contra angle | จำนวน ๑๐ ตัว |
| ๕. Spray handpiece | จำนวน ๑๕ ครอบป้องกัน |
- /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลตราด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังนี้

๑. ข้อต่อด้ามกรอฟันชนิด ๔ รู (Joint CH-QDS) จำนวน ๔ อัน ได้รับจัดสรร ๑๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๒. Airoter Handpiece (ชนิด ๔ รู) จำนวน ๑๐ ตัว ได้รับจัดสรร ๑๔๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. Straight handpiece จำนวน ๑๕ ตัว ได้รับจัดสรร ๑๓๐,๕๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. Contra angle จำนวน ๑๐ ตัว ได้รับจัดสรร ๕๒,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. Spray handpiece จำนวน ๑๕ ครอบป้องกัน ได้รับจัดสรร ๔๒,๙๐๐.-บาท (สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

รวม ๕ รายการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓๘๘,๔๐๐.-บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 27 ก.พ. 2560

๑. ข้อต่อด้ามกรอฟันชนิด ๔ รู (Joint CH-QDS) จำนวน ๔ อัน ราคาอันละ ๔,๕๐๐.-บาท เป็นเงินรวม ๑๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๒. Airoter Handpiece (ชนิด ๔ รู) จำนวน ๑๐ ตัว ราคาตัวละ ๑๔,๕๐๐.-บาท เป็นเงินรวม ๑๔๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. Straight handpiece จำนวน ๑๕ ตัว ราคาตัวละ ๘,๗๐๐.-บาท เป็นเงินรวม ๑๓๐,๕๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. Contra angle จำนวน ๑๐ ตัว ราคาตัวละ ๕,๒๐๐.-บาท เป็นเงินรวม ๕๒,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. Spray handpiece จำนวน ๑๕ ครอบป้องกัน ราคาครอบป้องกันละ ๑,๒๐๐.-บาท เป็นเงินรวม ๑๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. รายการลำดับที่ ๒, ๔, ๕ เป็นราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ

๒. รายการลำดับที่ ๑, ๓ เป็นราคาที่สืบจากท้องตลาด ดังนี้

๒.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มมีเนนซ์ จำกัด

๒.๒ บริษัท ไฟโอเนียร์ อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด

๒.๓ บริษัท ซิกม่า สตาร์ เมต จำกัด

๕. รายชื่อ...

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นางสาวนิสาลักษณ์ ศิริมงคลกิจ ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... 

๒. นายการันต์ กาญจนโรจน์ กรรมการ

(ลงชื่อ).....  

๓. นางสาวพาขวัญ กุลชติสิน กรรมการ

(ลงชื่อ).....  

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุทันตกรรม จำนวน ๕ รายการ
โรงพยาบาลตราด

๑. ข้อต่อด้ามกรอฟันชนิด ๔ รู (Joint CH-QDS) จำนวน ๔ อัน

๑.๑ ข้อต่อด้ามกรอฟันสำหรับหัวกรอเร็ว

๑.๑.๑ เป็นข้อต่อ (Coupling) สามารถหมุนรอบตัวได้ ๓๖๐ องศา

๑.๑.๒ ด้านท้ายเป็นแบบ ๔ รู (Holes)

๑.๑.๓ มีระบบที่สามารถป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำ (Non-Water Retraction) เข้าสู่แก้อ้าทำฟันได้

๑.๑.๔ สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยกระบวนการแช่น้ำยาฆ่าเชื้อได้

๑.๑.๕ รับประกันอย่างน้อย ๑ ปี

๒. Airotter Handpiece (ชนิด ๔ รู) จำนวน ๑๐ ตัว

๒.๑ Airotter Hand piece ด้ามกรอฟันความเร็วสูงขับเคลื่อนด้วยแรงลม

๒.๑.๑ ทำจากโลหะไร้สนิม (Stainless Steel)

๒.๑.๒ เป็นชนิด Ball Bearing Hand piece ลูกปืนเป็นชนิดเซรามิก (Ceramic) มีความเร็วไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ รอบต่อนาที

๒.๑.๓ การถอดใส่หัวกรอฟัน (Dental Bur) เป็นวิธีกดฝาหลัง (Push Button)

๒.๑.๔ บริเวณส่วนหัว มีรูพ่นละอองน้ำเพื่อระบายความร้อนของหัวกรอ จากการกรอฟันไม่น้อยกว่า ๓ รู

๒.๑.๕ สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยกระบวนการที่มีความร้อนสูง และ/หรือแช่น้ำยาฆ่าเชื้อได้

โดยมีเอกสารรับรองจากบริษัทผู้ผลิต

๒.๑.๖ รับประกันอย่างน้อย ๑ ปี

๓. Straight handpiece จำนวน ๑๕ ตัว

๓.๑ Low Speed Straight Hand piece ด้ามกรอฟันความเร็วต่ำชนิดตรง

๓.๑.๑ มีความเร็วไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ รอบต่อนาที

๓.๑.๒ สามารถต่อเข้ากับ Micro Motor หรือ Air Motor ได้

๓.๑.๓ สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยกระบวนการที่มีความร้อนสูง และ/หรือแช่น้ำยาฆ่าเชื้อได้
โดยมีเอกสารรับรองจากบริษัทผู้ผลิต

๓.๑.๔ รับประกันอย่างน้อย ๑ ปี

๔. Contra angle จำนวน ๑๐ ตัว

๔.๑ Low Speed Contra-Angle Hand piece ด้ามกรอฟันความเร็วต่ำชนิดหักมุม

๔.๑.๑ ความเร็วไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ รอบต่อนาที

๔.๑.๒ การถอดใส่หัวกรอฟัน (Dental Bur) เป็นวิธีกดฝาหลัง (Push Button)

๔.๑.๓ สามารถต่อเข้ากับ Micro Motor หรือ Air Motor ได้

๔.๑.๔ สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยกระบวนการที่มีความร้อนสูง และ/หรือแช่น้ำยาฆ่าเชื้อได้
โดยมีเอกสารรับรองจากบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๕ รับประกันอย่างน้อย ๑ ปี

๕. Spray handpiece จำนวน ๑๕ กระป๋อง

๕.๑ น้ำมันสเปรย์สำหรับทำความสะอาดด้ามกรอพื้น



๕.๑.๑ เป็นน้ำมันสำหรับหล่อลื่นหัวกรอระบบ Ball Bearing

๕.๑.๒ บรรจุอยู่ในกระป๋องอลูมิเนียมที่ระบุวันที่ผลิตและวันหมดอายุชัดเจน

๕.๑.๓ รับประทานอย่างน้อย ๑ ปี

.....
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นางสาวนิสาลักษณ์ ศิริมงคลกิจ)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายการ์นต์ กาญจนโรจน์)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นางสาวพาขวัญ กุลชติสิน)

(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด
(นายธีรพงศ์ ตุนาค)