


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ตกลงราคาซื้อ Fluoride Varnish จำนวน ๑๕๐ หลอด  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลตราด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
ราคาหลอดละ ๗๓๐.-บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑๐๙,๕๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 29 ส.ค. 2560  
เป็นเงิน ๑๐๙,๕๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
เป็นราคาที่เคยซื้อครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  ๑. นางสาวนิสาลักษณ์ ศิริมงคลกิจ ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... 
  ๒. นายการันต์ กาญจนโรจน์ กรรมการ (ลงชื่อ)..... การันต์ กาญจนโรจน์
  ๓. นางสาวพาขวัญ กุลขุติสิน กรรมการ (ลงชื่อ)..... พาขวัญ กุลขุติสิน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Fluoride Varnish

โรงพยาบาลตราด

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑.๑ ใช้เป็นสารทาเคลือบฟันเพื่อป้องกันและยับยั้งการดำเนินของโรคฟันผุ
- ๑.๒ มีส่วนประกอบของ Sodium Fluoride ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
- ๑.๓ สามารถมองเห็นตัวสารลักษณะเป็นแผ่นฟิล์ม เมื่อทาบนผิวเคลือบฟัน
- ๑.๔ หากมีส่วนผสมเพื่อแต่งรสชาติต้องเป็นน้ำตาลชนิดไม่ทำให้เกิดฟันผุ
- ๑.๕ สามารถยึดติดกับผิวฟันได้นานถึง ๑๒ ชั่วโมง หรือมากกว่า
- ๑.๖ ก่อให้เกิดสารประกอบแคลเซียมฟลูออไรด์บนผิวเคลือบฟันในชั้นลึก ซึ่งจะทำหน้าที่ปล่อยฟลูออไรด์มาสู่ช่องปากซ้ำๆ
- ๑.๗ วัสดุบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วซึมของสาร และสามารถเปิดออกเพื่อใช้งานได้ง่าย
- ๑.๘ ระบุครั้งที่ผลิต (Lot No.) และวันหมดอายุ (Exp. Date) ข้างบรรจุภัณฑ์ชัดเจน

๒. การบรรจุและหีบห่อ

บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดง ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน

๓. ข้อกำหนดอื่นๆ

- ๓.๑ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี ในวันส่งของ
- ๓.๒ ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมาตรฐานการนำเข้าจากองค์กรที่ยอมรับ
- ๓.๓ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ใกล้หมดอายุผู้ขายจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุให้ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขภายใน ๖๐ วัน ทั้งนี้ผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
- ๓.๔ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

๔. วิธีการตรวจสอบ

ผ่านการประเมินทดสอบคุณภาพจากคณะกรรมการ (โดยทางบริษัทผู้ขายจะต้องเตรียมตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ มาให้คณะกรรมการทดลองใช้จริงก่อนวันพิจารณาราคา อย่างน้อย ๒ สัปดาห์)

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ  
(นางสาวนิสาลักษณ์ ศิริมงคลกิจ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายการันต์ กาญจนโรจน์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นางสาวพาขวัญ กุลชุติน)

(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด  
(นายเกตุภูมิ อธิเวสส์)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด