

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการตกลงราคาซื้อวัสดุแลป จำนวน ๓ รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลตราด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๖,๒๕๐.- บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
วัสดุแลป จำนวน ๓ รายการ ประกอบไปด้วย
 - ๑ METHAMPHETAMINE ๕๐T/P จำนวน ๒๕๐ แพ็ค ราคาแพ็คละ ๗๐๐ บาท
 - ๒ MARIJUANA(THC) จำนวน ๓๕ แพ็ค ราคาแพ็คละ ๑,๒๕๐ บาท
 - ๓ MORPHINE(MOP) จำนวน ๒๐ แพ็ค ราคาแพ็คละ ๑,๓๗๕ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๙๖๗/๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นางสาวธารทิพย์ มุกดาเพชรรัตน์
 - ๕.๒ นางสาวเตือนใจ คุ่มปลี
 - ๕.๓ นางสาวศรีสุภางค์ นกน้อย

(ลงชื่อ).....ธารทิพย์ มุกดาเพชรรัตน์.....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....ปลี.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ศรีสุภางค์ นกน้อย.....กรรมการ

(นายธีรพงศ์ ตุนาค)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

คุณลักษณะเฉพาะวัสดุแลกเปลี่ยน จำนวน ๓ รายการ
โรงพยาบาลตราด

รายการที่ ๑ ชุดทดสอบเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะแบบได้ผลเร็วชนิดแถบทดสอบ
(DIPSTICK METHAMPHETAMINE TEST)

๑. เป็นชุดทดสอบเชิงคุณภาพชนิดตรวจกรองแบบรวดเร็ว (Rapid One Step) อาศัยหลักอิมมูโนโครมาโตกราฟีค (Immunochromatographic Assay) แบบ Competitive binding สำหรับตรวจหาเมทแอมเฟตามีนและ/หรือเมตาบอลิท์ของเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
๒. บริเวณ Test Band ถูก Coat ด้วย drug-conjugate เพื่อให้มีความจำเพาะ (Specificity) สูง
๓. สามารถตรวจสอบ methamphetamine ต่ำสุดในปัสสาวะไม่มากกว่า ๕๐๐ ng/ml
๔. มีเพียงขั้นตอนเดียว สะดวกในการทดสอบไม่ต้องมีขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างตรวจ และไม่อาศัยเครื่องมือใดๆ ช่วยในการแปลผล
๕. มีความไว (Sensitivity) ไม่น้อยกว่า ๙๙.๕% มีความจำเพาะ (Specificity) ไม่น้อยกว่า ๙๙.๕%
๖. ใช้เวลาในการทดสอบไม่เกิน ๕ นาที สามารถเห็นผลชัดเจนด้วยตาเปล่า
๗. มี Control Line ช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดทดสอบ
๘. แถบทดสอบมีอักษรย่อแสดงอย่างชัดเจนให้ทราบชนิดทดสอบ (Meth) แต่ละแถบทดสอบบรรจุอยู่ในหนึ่งซองอลูมิเนียมและมีสารดูดความชื้นอยู่ภายในทุกซอง บนซองระบุชื่อการทดสอบ รุ่นที่ผลิต วันหมดอายุ อุณหภูมิที่ใช้เก็บรักษา วิธีการทดสอบและแปลผล
๙. การอ่านผลง่ายและชัดเจน โดยผลลบจะเห็นเป็นเส้นคมชัดทั้ง ๒ เส้น ที่ตำแหน่งควบคุม (Control) และตำแหน่งทดสอบ (Test) ส่วนผลบวกจะเห็นเป็นเส้นคมชัดที่ตำแหน่งควบคุม (Control) เพียงเส้นเดียว
๑๐. มีขนาดบรรจุไม่มากกว่า ๕๐ ชุดทดสอบ/กล่อง เพื่อสะดวกในการใช้งาน สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิ ๒-๓๐ องศาเซลเซียส
๑๑. มีอายุการใช้งาน (Expired date) ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบของ
๑๒. ผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 13485 และ ISO 9001

รายการที่ ๒ ชุดทดสอบมอร์ฟีนแบบได้ผลเร็วชนิดคัสเซตทดสอบ (ONE STEP MORPHINE CASSETTE)

๑. เป็นชุดทดสอบเชิงคุณภาพชนิดตรวจกรองแบบรวดเร็ว (Rapid One Step) อาศัยหลักอิมมูโนโครมาโตกราฟีค (Immunochromatographic Assay) แบบ Competitive binding สำหรับตรวจหามอร์ฟีนและ/หรือเมตาบอลิท์ของมอร์ฟีนในปัสสาวะ
๒. บริเวณ Test Band ถูก Coat ด้วย drug-conjugate เพื่อให้มีความจำเพาะ (Specificity) สูง

๓. สามารถตรวจ...

๓. สามารถตรวจสอบมอร์ฟีนต่ำสุดในปัสสาวะไม่มากกว่า ๓๐๐ ng/ml

๔. มีเพียงขั้นตอนเดียว สะดวกในการทดสอบไม่ต้องมีขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างตรวจ และไม่อาศัยเครื่องมือใดๆ ช่วยในการแปลผล

๕. มีความไว (Sensitivity) ไม่น้อยกว่า ๙๙.๕% มีความจำเพาะ (Specificity) ไม่น้อยกว่า ๙๙.๕%

๖. ใช้เวลาในการทดสอบไม่เกิน ๕ นาที สามารถเห็นผลชัดเจนด้วยตาเปล่า

๗. ตลับทดสอบมีอักษรย่อแสดงอย่างชัดเจนให้ทราบชนิดทดสอบ (Morphine) แต่ละตลับทดสอบบรรจุอยู่ในหนึ่งซองอลูมิเนียมและมีสารดูดความชื้นอยู่ภายในทุกซอง บนซองระบุชื่อการทดสอบ รุ่นที่ผลิต วันหมดอายุ อุณหภูมิที่ใช้เก็บรักษา วิธีการทดสอบและแปลผล

๘. การอ่านผลง่ายและชัดเจน โดยผลลบจะเห็นเป็นเส้นคมชัดทั้ง ๒ เส้น ที่ตำแหน่งควบคุม (Control) และตำแหน่งทดสอบ (Test) ส่วนผลบวกจะเห็นเป็นเส้นคมชัดที่ตำแหน่งควบคุม (Control) เพียงเส้นเดียว

๙. มีขนาดบรรจุไม่มากกว่า ๕๐ ชุดทดสอบ/กล่อง เพื่อสะดวกในการใช้งาน สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิ ๒-๓๐ องศาเซลเซียส

๑๐. มีอายุการใช้งาน (Expired date) ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบของ

๑๑. ผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 13485

รายการที่ ๓ ชุดทดสอบกัญชาแบบได้ผลเร็วชนิดตลับทดสอบ (ONE STEP MARIJUANA CASSETTE)

๑. เป็นชุดทดสอบเชิงคุณภาพชนิดตรวจกรองแบบรวดเร็ว (Rapid One Step) อาศัยหลักอิมมูโนโครมาโตกราฟี (Immunochromatographic Assay) แบบ Competitive binding สำหรับตรวจหากัญชาและ/หรือเมตาบอไลต์ของกัญชาในปัสสาวะ

๒. บริเวณ Test Band ถูก Coat ด้วย drug-conjugate เพื่อให้มีความจำเพาะ (Specificity) สูง

๓. สามารถตรวจสอบกัญชาต่ำสุดในปัสสาวะไม่มากกว่า ๕๐ ng/ml

๔. มีเพียงขั้นตอนเดียว สะดวกในการทดสอบไม่ต้องมีขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างตรวจ และไม่อาศัยเครื่องมือใดๆ ช่วยในการแปลผล

๕. มีความไว (Sensitivity) ไม่น้อยกว่า ๙๙.๕% มีความจำเพาะ (Specificity) ไม่น้อยกว่า ๙๙.๕%

๖. ใช้เวลาในการทดสอบไม่เกิน ๕ นาที สามารถเห็นผลชัดเจนด้วยตาเปล่า

๗. ตลับทดสอบมีอักษรย่อแสดงอย่างชัดเจนให้ทราบชนิดทดสอบ (Marijuana) แต่ละตลับทดสอบบรรจุอยู่ในหนึ่งซองอลูมิเนียมและมีสารดูดความชื้นอยู่ภายในทุกซอง บนซองระบุชื่อการทดสอบ รุ่นที่ผลิต วันหมดอายุ อุณหภูมิที่ใช้เก็บรักษา วิธีการทดสอบและแปลผล

๘. การอ่านผลง่ายและชัดเจน โดยผลลบจะเห็นเป็นเส้นคมชัดทั้ง ๒ เส้น ที่ตำแหน่งควบคุม (Control) และตำแหน่งทดสอบ (Test) ส่วนผลบวกจะเห็นเป็นเส้นคมชัดที่ตำแหน่งควบคุม (Control) เพียงเส้นเดียว

๙. มีขนาดบรรจุ...

๙. มีขนาดบรรจุไม่มากกว่า ๕๐ ชุดทดสอบ/กล่อง เพื่อสะดวกในการใช้งาน สามารถเก็บไว้ที่ อุณหภูมิ ๒-๓๐ องศาเซลเซียส

๑๐. มีอายุการใช้งาน (Expired date) ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบของ

๑๑. ผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 13485

คณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติ

(ลงชื่อ).....*ธารทิพย์ มุกดาเพชรรัตน์*.....ประธานกรรมการ
(นางสาวธารทิพย์ มุกดาเพชรรัตน์)

(ลงชื่อ).....*ไฉไล*.....กรรมการ
(นางสาวเดือนใจ คุ่มปลี)

(ลงชื่อ).....*ศิริสุภา นกน้อย*.....กรรมการ
(นางสาวศิริสุภา นกน้อย)

(ลงชื่อ).....*ชัวร์*.....ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด
(นายชัวร์พงศ์ ตุนาค)